



SZP ⁴⁵⁹/10/2014

Chrzanów, dnia 03.10.2014

Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nr 135/2014
„Ucyfrowienie aparatu RTG i mammografu w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej”.**

Centrala

(032) 624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

(032) 624-70-00

(032) 623-94-28

Dział Finansowo
- Księgowy

(32) 624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

(32) 624-70-07

(32) 624-70-20

Dział Organizacji
i Kadr

(32) 624-70-06

(32) 624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

(32) 624-70-30

(32) 624-70-34

Pyt. 1 (Dotyczy: pkt. 111.2) Prosimy o potwierdzenie, że - zgodnie z §5 ust.1 Umowy - faktura zostanie wystawiona po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru, a nie - jak stanowi pkt. 111.2 SIWZ - musi być załączona do dostarczonego towaru.

Odp.: Tak, potwierdzamy.

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

Pyt. 2 (Dotyczy: II. Konsola technika pkt. 5) Prosimy o doprecyzowanie czy konsola technika opisana w pkt II ma obsługiwać tylko czytnik CR czy również panel DR.

Odp.: Wyłącznie czytnik CR.

Pyt. 3 (Dotyczy: III. Kasety i płyty obrazowe pkt. 2 i pkt 6) Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w wymienionych punktach na:

2. Kasety do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową TAK
formatu 35x43cm

6. Technologia igłowa lub proszkowa TAK

Uzasadnienie:

Przy tak skonstruowanych przez Zamawiającego zapisach w części 11. Kasety i płyty obrazowe", spełnić je może tylko jedna firma - firma Carestream. Ponadto zupełnie nieuzasadnionym pozostaje fakt eliminowania wiodącej technologii produkcji płyt obrazowych - technologii proszkowej. Pragniemy poinformować, że technologia FUJIFILM w zakresie mammografii jest powszechnie stosowana w placówkach realizujących program profilaktyki raka piersi, a sprzęt corocznie z powodzeniem przechodzi audyt Centralnego Ośrodka Koordynującego. Obie technologie we wszystkich obowiązujących aktach prawnych traktowane są jako równoważne.

Odp.: Zapis SIWZ bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Krzysztof Klos