



SZP ⁴⁵⁵ 10/2014

Chrzanów, dnia 03.10.2014

Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nr 135/2014
„Ucyfrowienie aparatu RTG i mammografu w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej”.**

Pyt. 1 Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający rozszerzy przedmiot ogłoszenia 135/2014 dotyczącego ucyfrowienia aparatu RTG i mammografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej o przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.
Odp.: Zakres zamówienia bez zmian.

Pytania do Arkusza Informacji Technicznej AIT:

Pyt. 2 Dotyczy II. Konsola technika: W punkcie II. Konsola technika Zamawiający wyspecyfikował konsolę do obsługi systemu CR, ale w podpunkcie 5 pojawia się błędna nazwa DR. Konsola do ucyfrowienia DR jest wyspecyfikowana w Punkcie V. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej.

Odp.: Konsola technika opisana w pkt II powinna obsługiwać wyłącznie system CR.

Pyt. 3 Dotyczy III. Kasety i płyty obrazowe: W podpunkcie 2 Zamawiający wyspecyfikował kasetę z wbudowaną kratką. Zwracamy uwagę iż taki sam efekt Zamawiający uzyska z kasetą która będzie miała kratkę rozproszeniową zewnętrzną (nie wbudowaną) a dodatkowo Zamawiający będzie mógł wykorzystywać kasetę taką do zdjęć bez kratki. Wnosimy o dopuszczenie kasety z kratką zewnętrzną.

Odp.: Dopuszczamy.

Pyt. 4 Dotyczy III. Kasety i płyty obrazowe: Prosimy o potwierdzenie, że w podpunkcie 6 Zamawiającemu chodzi o technologię igłową w kasetach Mammograficznych?

Odp.: Tak.

Pyt. 5 Dotyczy IV Detektor cyfrowy: Czy w podpunkcie 5 zamawiający dopuści grubość detektora zgodnego z normami ISO 4090 tj. 15.9 mm? Taka grubość umożliwia użycie panelu w stole i statywie standardowego uchwytu Bucky bez konieczności wykonywania przeróbek. Jeżeli Zamawiający nie dopuści grubości 15.9 mm prosimy o szczegółowe wyjaśnienia na podstawie jakich norm, wymagań Zamawiający wymaga takiej a nie innej grubości detektora?

Odp.: Dopuszczamy.

Pyt. 6 Dotyczy Wymagania ogólne: Mając na uwadze wiele renomowanych, wyspecjalizowanych w oprogramowaniu firm oferujących produkty diagnostyczne najwyższej klasy sformułowanie narzucające tego samego producenta dla oprogramowania diagnostycznego i sprzętu ewidentnie wskazuje na naruszenie zasady uczciwej konkurencji i uniemożliwia naszej firmie zaoferowanie najkorzystniejszej cenowo oferty. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie oprogramowania diagnostycznego innego producenta niż urządzenia.

Odp.: Zakres zamówienia bez zmian.

Centrala

(032) 624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

(032) 624-70-00

(032) 623-94-28

Dział Finansowo
- Księgowy

(32) 624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

(32) 624-70-07

(32) 624-70-20

Dział Organizacji
i Kadr

(32) 624-70-06

(32) 624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

(32) 624-70-30

(32) 624-70-34

Pyt. 7 Dotyczy VI Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem: Mając na uwadze wiele firm oferujących oprogramowanie CAD najwyższej klasy sformułowanie narzucające tego samego producenta dla oprogramowania stacji lekarskiej i oprogramowania CAD wskazuje na naruszenie zasady uczciwej konkurencji i będzie w przyszłości zamykało dla Zamawiającego drogę do wyboru oprogramowania CAD najkorzystniejszego cenowo i funkcjonalnie. Dlatego wnosimy o dopuszczenie możliwości rozbudowy stacji diagnostycznej o oprogramowanie do analizy badań mammograficznych CAD innych producentów niż stacja diagnostyczna.

Odp.: Dopuszczamy.

Pyt. 8 Dotyczy II Konsola technika Podpunkt 12: Czy Zamawiający dopuści stację technika z całym interfejsem w języku polskim bez (zbędnej w naszym produkcie) pomocy kontekstowej, ale z dużą ilością piktogramów graficznych znacznie ułatwiających pracę technika?

Odp.: Dopuszczamy.

Pyt. 9 Dotyczy I. Jednosłotowy skaner radiografii pośredniej CR z opcjonalną mammografią wraz z wyposażeniem: Czy Zamawiający dopuści skaner o wydajności skanowania płyt obrazowych mammograficznych w formacie 18x24cm z rozdzielczością min 20 piksel/mm – 50 płyt/godz.?

Odp.: Dopuszczamy.

Pyt. 10 Dotyczy IV. Detektor cyfrowy: Opisując detektor Zamawiający nie wskazał czy zależy mu na technologii gadolinowej czy też z zaawansowaną technologią CsI. Dlatego wnosimy o docenienie i dopuszczenie detektora w technologii ze scyntylatorem CsI o wielkości piksela 175 µm oraz rozdzielczością 1,994x2,430 pikseli z wysoką wartością DQE 52% dla 1 lp/mm.

Odp.: Zakres zamówienia bez zmian.

Pyt. 11 Dotyczy VI Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem: Prosimy o dopuszczenie stacji diagnostycznej bez możliwości pomiaru obwodu. Funkcjonalność ta jest rzadko wykorzystywana przez lekarzy radiologów. Chcielibyśmy nadmienić, że oferowane przez nas oprogramowanie diagnostyczne posiada szereg innych bardziej użytecznych narzędzi pomiarowych przydatnych w pracy radiologa (np. możliwość pomiaru kątów Cobba, możliwość rysowania linii sondowanej z pomiarem jej długości, możliwość automatycznego rysowania dwóch linii równoległych z pomiarem odległości między nimi, możliwość pomiaru kątów otwartych itd.).

Odp.: Zakres zamówienia bez zmian.

Pyt. 12 Szacując koszt inwestycji zakładamy, że Zamawiający zgłosił się do oficjalnego dystrybutora posiadanego przez Zamawiającego mammografu w Polsce o ofertę na kalibrację oraz integrację Mammografu Lorad IVM. W związku z powyższym prosimy o dołączenie powyższej oferty do postępowania. W sytuacji, w której wszyscy potencjalni Oferenci muszą wysłać do oficjalnego dystrybutora mammografu Lorad zapytanie o wycenę powyższych zadań, przedstawienie oferty otrzymanej przez Zamawiającego pozwoli utrzymać podobny poziom cenowy dla wszystkich potencjalnych Oferentów nowego systemu.

Odp.: Zamawiający nie posiada w/w oferty.

Pyt. 13

1. Dostarczony system radiografii pośredniej i bezpośredniej będzie współpracował z oprogramowaniem PACS/RIS Zamawiającego, tj. Net RAAD oraz CliniNet firmy CGM.
2. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie podłączenia systemu radiografii pośredniej i bezpośredniej do systemu PACS/RIS Zamawiającego. Wsparcie od strony systemu informatycznego oraz licencje oprogramowania PACS/RIS zapewni Zamawiający.

Czy zamawiający dopuści wymianę posiadanego systemu PACS/RIS? W obecnej sytuacji wykonawcy zależni są od oferty firmy trzeciej, która dowolnie może kształtować wysokość oferty na podłączenie do wzmiankowanych systemów tym samym doprowadzając do nierównego traktowania wykonawców.

Odp.: Zapis siwz bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a

Bach

Cyfr

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego Chrzanowie
Krzysztof Kłos

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881
Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892