



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

SZP/457/10/2014

Chrzanów, dnia 06.10.2014

Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nr 135/2014
„Ucyfrowienie aparatu RTG i mammografu w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej”.**

Centrala

(032) 624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

(032) 624-70-00
(032) 623-94-28

Dział Finansowo
- Księgowy

(32) 624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

(32) 624-70-07
(32) 624-70-20

Dział Organizacji
i Kadr

(32) 624-70-06
(32) 624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

(32) 624-70-30
(32) 624-70-34

Pytanie 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, Detektor cyfrowy – 1 szt. pkt. 8:
Wielkość piksela max. 150 μ m” : Prosimy o zmianę tego punktu OPZ i dopuszczenie do postępowania detektora o rozmiarze piksela 175 m. oferowany przez nas rozmiar piksela pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej wartości współczynnika DQE, która jest krytyczna dla otrzymywania obrazów o wysokiej jakości diagnostycznej.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie 2 Opis Przedmiotu Zamówienia, Detektor cyfrowy – 1 szt. pkt 9:
Rozdzielczość min. 2850x2300 pikseli” W związku z rozmiarem pojedynczego piksela, proponowany przez nas detektor posiada matrycę 2430x1994. Prosimy o zmianę tego punktu OPZ i dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie 3 Pkt.I.10: Wydajność skanowania płyt obrazowych mammograficznych w formacie 18x24cm z rozdzielczością min 20 piksel/mm – min. 70 płyt/godz.

Prosimy o dopuszczenie skanera o wydajności skanowania płyt obrazowych mammograficznych w formacie 18x24cm z rozdzielczością 20 piksel/mm – min. 60 płyt/godz.?

W związku z tym, iż przygotowanie pacjenta do badanie zwykle zajmuje kilka minut, powyższa wydajność zapewnia płynną pracę pracowni rtg i mammograficznej.

Odp.: Dopuszczamy.

Pytanie 4 Pkt. II.5 : Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową / panelem DR przed i po badaniu

Prosimy o modyfikację wymagania na następujące:
Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po badaniu

W związku z tym, iż każde urządzenie posiada własną konsolę technika optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie stacji do jednego urządzenia skanera bądź detektora.

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami z 03.10.2014r.

Pytanie 5 Pkt. II.8: Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania

Wyszukiwanie badania na podstawie kryterium jakim jest rodzaj badania jest raczej niepraktykowane, gdyż z reguły wyszukuje się badań konkretnego pacjenta.

Prosimy o modyfikację pkt. na następujące:

Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie 6 Pkt. III.6 Technologia igłowa: Prosimy o doprecyzowanie wymagania, iż technologia igłowa jest wymagana wyłącznie do kaset mammograficznych.

Odp.: Tak.

Pytanie 7 Pkt. IV.6: Instalacja bez konieczności przerabiania uchwytu w stole i statywie oraz bez konieczności ingerencji w generator RTG

Prosimy o dopuszczenie możliwości przyłączenia się do przycisku ekspozycji, celem wzbudzania detektora.

Powyższa czynność nie wymaga modyfikacji ustawień generatora, a zapewnia wzbudzenie detektora DR w momencie ekspozycji.

Odp.: Tak.

Pytanie 8 Pkt. VI.8: Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające jednoczesną pracę na min. dwóch osobnych stacjach diagnostycznych posiadające następujące funkcje (minimum):

-możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy badań mammograficznych CAD
tego samego producenta

Prosimy o modyfikację wymagania na następujące

-możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy badań mammograficznych CAD

Wymaganie by oprogramowanie CAD pochodziło od tego samego producenta jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, zwłaszcza mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie wymaga dostawy tego oprogramowania, a jedynie możliwości rozbudowy.

Odp.: Tak.


UWAGA:

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na 10.10.2014r.

Miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a



DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
Krzysztof Kłos