



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

SZP <sup>464</sup>/10/2014

Chrzanów, dnia 07.10.2014

## Wykonawcy

**Dotyczy: informacja Wykonawcy do przetargu nr 135/2014  
„Ucyfrowienie aparatu RTG i mammografu w Zakładzie  
Diagnostyki Obrazowej”.**

Centrala

(032) 624-77-77

Sekretariat  
Dyrekcji

(032) 624-70-00  
(032) 623-94-28

Dział Finansowo  
- Księgowy

(32) 624-70-12

Dział Kontraktów  
Medycznych  
i Statystyki

(32) 624-70-07  
(32) 624-70-20

Dział Organizacji  
i Kadr

(32) 624-70-06  
(32) 624-75-10

Sekcja Zamówień  
Publicznych

(32) 624-70-30  
(32) 624-70-34

W dniu 03.10.2014r. (godz. 16:46) wpłynęła do Zamawiającego informacja od Wykonawcy w formie maila o treści:

1. „ (...) Wnosimy, by Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie kasety z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną z niewbudowaną/niezintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową.
2. Wnosimy, by Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie technologii proszkowej (...) ”.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe sformułowania wyjaśnia:

**Ad.1** Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dn. 03.10.2014r., Zamawiający dopuszcza kasety bez wbudowanej kratki przeciwrozproszeniowej.

**Ad.2** Zapis siwz pozostaje bez zmian.

Z wiedzy Zamawiającego wynika, że technologię igłową posiada więcej niż jeden Wykonawca. W opinii Wojewódzkiego Ośrodka koordynującego, technologia igłowa jest korzystniejsza i bardziej perspektywiczna z uwagi na wymogi jakościowe stawiane urządzeniom stosowanym w mammografii.

**Z poważaniem**

Otrzymują:  
1 x adresat  
1 x a/a

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
Grzegorz Kłos