



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP08/01/2020

Chrzanów, 10.01.2020 r.

Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych –
sprawa nr 105/2019**

Pyt. 1 Czy, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty - Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz. nr 5 - Resorbowalny syntetyczny materiał kość zastępczy w postaci pastylek zawierający antybiotyk. Jedna pastylka waży minimum 250, zawiera minimum 1 % gentamycyny. Pakowane po 5 cm³ 1x 20?

Odp. Zamawiający wykreśla z pakietu nr 4 poz. 5 (rezygnacja z zakupu). W załączeniu poprawiony pakiet 4.


Pyt. 2 Pakiet nr 11

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów Herberta wykonanych z tytanu zamiast stali? Odp. Tak
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów Herberta o parametrach 3,0/4,0mm zamiast 3,0mm, 3,9mm? Odp. Tak

Pyt. 3

Pakiet nr 15

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny w poz. 1-9 samych płyt (wkręty ujęto osobno w poz. 10-14), czy w komplecie z wkrętami? Odp. tylko płyta
2. Jeżeli należy dokonać wyceny kompletu (płyta plus wkręty) prosimy o dokładne podanie ilości wkrętów blokowanych i korowych mających składać się na 1 komplet. Odp. j.w
3. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytek blokowanych oraz wkrętów mających do nich zastosowanie wykonanych tylko z tytanu/stopy tytanu? Odp. tak
4. Poz. 2-4, 6-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów mających zastosowanie do wymaganych płyt z gniazdem typu TORX zamiast sześciokątnym? Odp. tak
5. Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt kształtowych blokowanych do dalszej nasady kości udowej posiadających w części trzonowej 4 do 10 otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny? Odp. zgodnie z siwz
6. Poz. 9 - Z uwagi na niewielką ilość płyt przewidzianych do zakupu czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium do zabiegu zamiast utworzenia z nich „banku” i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy? Odp. nie
7. Dot. zapisu pod formularzem cenowym – w związku z wymogiem dostarczenia instrumentarium niezbędnego do usunięcia zespoleń i uszkodzonych śrub – prosimy o doprecyzowanie, iż to instrumentarium będzie wymagane i zamawiane tylko na zabiegi, oraz używane będzie tylko w odniesieniu do implantów z pakietu 15 zakupionych u Wykonawcy wybranego w powyższym postępowaniu przetargowym? Odp. instrumentarium używane będzie przede wszystkim do implantów z pakietu 15, ale Zamawiający nie wyklucza użycia instrumentarium w innych zabiegach (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt. 4.

Pakiet nr 16

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych z poz. 3 wykonanych tylko z tytanu/stopu tytanu? **Odp. zgodnie z siwz**
2. Poz. 4 – Z uwagi na niewielką ilość 3szt. (średnie zużycie 1 raz na 4 miesiące) gwoździ śródszpikowych ramiennych kompresyjnych przewidzianych do zakupu czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium do zabiegu zamiast utworzenia z nich „banku” i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy? **Odp. Odp. zgodnie z siwz**



Pyt. 5 Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający w §3 ust. 6 oraz §4 ust. 9 wyrazi zgodę na dodanie przy zapisie o dacie ważności asortymentu „jeżeli dotyczy”? W SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia nie został postawiony wymóg oferowania implantów sterylnych. Dla implantów niesterylnych nie ma wymogu podawania dat ważności. **Odp. tak.**
2. Czy Zamawiający udostępni regulamin korzystania z parkingu określony w §3 ust. 14? **Odp. Regulamin udostępniony na stronie szpitala.**
3. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. **Odp. Tak**
4. Czy Zamawiający doda zapis w §7, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. **Odp. zapisy pozostają bez zmian**
5. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu §4 ust. 13 dotyczącego dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytkowania na terenie Polski i „UE” poprzez usunięcie zapisu „i UE”. Każdy kraj posiada swoje wewnętrzne procedury i jeżeli wyrób ma być wprowadzony na rynek państw UE musi spełnić wymagania określone w danym państwie. Implanty w w/w postępowaniu sprzedawane będą polskiemu szpitalowi, stąd i dokumenty dopuszczające do obrotu jakie żąda Zamawiający mają być ważne i obowiązywać na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. **Odp. tak**
6. Czy Zamawiający doda zapis w §7, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. **Odp. Tak**

Pyt. 6

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kompresyjnych (HERBERTA) samogwintujących, tytanowych, litych o średnicy trzonu $\varnothing$ 2,5 mm i średnicy głowy $\varnothing$ 3,2 mm oraz kaniulowanych o średnicy trzonu $\varnothing$ 3,0 mm i średnicy głowy $\varnothing$ 3,9 mm w rozmiarze L od 12 do 30mm? **Odp. zgodnie z siwz**
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Tytanowe płytki anatomiczne do zespołów złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 3,0 mm, w części nasadowej 2,0 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 14,5 mm, ilość otworów od 3 do 15, długość płytek : od 73 do 229 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające

Cyfr



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28




Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- zaślepek/przejsściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 °? Odp. zgodnie z siwz
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 13 poz. 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Tytanowe płytki proste do zespożeń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów : od 4 do 12, długość płytek: od 59 do 163 mm . Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 °? Odp. zgodnie z siwz
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 13 poz. 3-4** dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem T15 zamiast T10? Odp. zgodnie z siwz
5. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytką blokująco – kompresyjną do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa, tytanowa lub/i stalowa. Płytką podgiętą anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiający wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2,4mm z gniazdem sześciokątnym. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 °? Odp. Tak
6. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytką blokująco – kompresyjną prostą wąską, grubą z ograniczonym kontaktem, tytanowa lub/i stalowa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytką posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm? Odp. Tak
7. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 3** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytką anatomiczną, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjną do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa, tytanowa lub/i stalowa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3,5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki? Odp. Tak
8. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 4** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytką anatomiczną blokująco - kompresyjną do bliższej nasady kości ramiennej, lewa i prawa, tytanowa lub/i stalowa. Na trzonie płytki otwory

Cyf



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77



www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12? Odp. Tak

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa, tytanowa lub/i stalowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki? Odp. Tak
10. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa, tytanowa lub/i stalowa. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki? Odp. Tak
11. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa, tytanowa lub/i stalowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki? Odp. Tak
12. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylnio-bocznego, prawa i lewa, tytanowa lub/i stalowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki? Odp. Tak

Cyfl



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28



Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

13. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytkę anatomiczną, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokującą - kompresyjną do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa, tytanowa lub/i stalowa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokującą - kompresyjną z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki? **Odp. Tak**
14. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 6, 7, 8, 9 wymaga zaoferowania płytek w komplecie z wkrętami. Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów składających się na komplet w formularzu cenowym. **Odp. należy wycenić tylko płytki. Wkręty poz. 10-14**
15. Czy Zamawiający w Pakiecie 16 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny - wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5 mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoźdźca 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdźca zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe - wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna, wkręty blokujące. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 3 śruby blokujące Ø 4,5 mm i 2 śruby blokujące Ø 5,0 mm, zaślepka/śruba kompresyjna? **Odp. Tak**
16. Czy Zamawiający w Pakiecie 16 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5 mm. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące Ø 4,5 mm lub po 2 śruby blokujące Ø 6,5 i Ø 4,5 mm, zaślepka/śruba kompresyjna? **Odp. Tak**
17. Czy Zamawiający w Pakiecie 16 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:
- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny derotacyjne Ø4,0mm), śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4, śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm.
Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny derotacyjne Ø4,0mm), śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4, śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm. Komplet: gwóźdź śródszpikowy,

Cyf



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

śruba zespalająca Ø 11 mm, śruba zespalająca Ø 6,5 mm, 2 śruby blokujące i Ø 4,5 mm, zaśleпка/śruba kompresyjna? Odp. Tak

18. Czy Zamawiający w Pakiecie 16 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm, o przekroju okrągłym z kanalkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min.3 mask. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące Ø 4,5 mm, zaśleпка/śruba kompresyjna? Odp. Tak
19. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Grotokręty kostne samotnące i samogwintujące Ø 4 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 80 mm i o dł. gwintu 20 mm, dł. 125 mm i o dł. gwintu 40 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 mm, dł. 175 mm i o dł. gwintu 40 mm? Odp. zgodnie z siwz
20. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Grotokręty kostne samotnące i samogwintujące Ø 5 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 125 mm i o dł. gwintu 40 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 60 mm, dł. 175 mm i o dł. gwintu 60 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 80 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 80 mm? Odp. zgodnie z siwz
21. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Grotokręty kostne samogwintujące przelotowe Ø 4 mm z gwintem po środku o Ø 4,5 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 55 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 65 mm, dł. 300 mm i o dł. gwintu 75 mm? Odp. zgodnie z siwz
22. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie:
- 1) Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przekrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180mm, średnica części bliższej gwoździa 16mm, średnica części dalszej gwoździa 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny Ø 4mm).
 - 2) Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przekrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280mm-460mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoździa 16mm, średnica części dalszej gwoździa 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny Ø 4mm).
 - 3) Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna Ø 11mm, dł. 70-120mm, każdorazowo zamawiający określi długość
 - 4) Śruba blokująca tytanowa sterylna Ø 4,5mm, dł. 26-90mm za skokiem co 2 mm, każdorazowo zamawiający określi długość
 - 5) Zaśleпка tytanowa sterylna, standardowa i o dł. 5-10 mm, każdorazowo zamawiający określi długość
- Odp. 1) - 5) zgodnie z siwz.

Pyt. 7



dot. § 6 wzoru umowy:

Mając na względzie zasady współzycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

- „W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.”

Odp. zgodnie z siwz

Cyf



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt. 8.

dot. Pakietu nr 14 (par. 4 ust. 1 wzoru umowy):

Mając na uwadze, małą ilość zamawianego asortymentu oraz, że Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium w formie tzw. instrumentarium lotnego, wnosimy o odstąpienie od wymogu złożenia „banku implantów / asortymentu” w ww. pakiecie i dopuszczenie wysyłki zamówionych implantów na zabieg po złożeniu zamówienia.

Powyższe rozwiązanie gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie asortymentu z możliwie najdłuższą datą ważności oferowanego asortymentu, dodatkowo nie będzie generować kosztów związanych z prowadzeniem magazynu depozytowego.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie z przedstawionym kryterium oceny ofert – termin uzupełnienia banku implantów / asortymentu będzie stanowić termin dostawy implantów wraz z instrumentarium.





Odp. dopuszczamy.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr inż. Jolanta Cyganek

Z-ca Dyrektora
ds. Logistyki i Zakupów
mgr inż. Wiesław Dęglin

Z upoważnienia
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892