SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
🖷 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 99..../01 /2020

Chrzanów, 13.01.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych – sprawa nr 105/2019

Czy Zamawiający w Pakiecie 19 dopuści również implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych wykonany z tytanowej płytki 13 mm z nicią prowadzącą, zaopatrzoną w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki ostro zakończony.

Dodatkowo jako opcja - mocowanie udowe wydłużone - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.

Oraz dodatkowo jako opcja - mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.

W zestawie narzędzi drut prowadzący do wiercenia kanałów.

Śruba tytanowa średnica 7-11 mm, długość 20-30mm. Kaniulowana, gwint na całej długości lub z zaokrągloną głową.

W zestawie narzędzi drut nitinoliwy do wprowadzania śruby do kanału piszczelowego?"

Odp. Zgodnie z siwz.

W załączeniu poprawiony pakiet 4, o którym mowa w poprzednich odpowiedziach.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Jakości
mgr Alicja Dobrzanowska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr inż. Jolanta Cyganek

Z upoważnienia
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

PAKIET 4 CEMENT KOSTNY ORAZ PRÓŻNIOWE SYSTEMY MIESZALNIKÓW

lp.	nazwa	jed miary	ilość	cena netto	vat	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	producent , numer katalogowy REF
1.	Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzania składników cementu. Środek kontrastujący to ZrO2. Faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości. Pakowany po 1 x 40 g	szt	40						
2.	Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x 40 g	szt	5						
3.	Mieszalnik próżniowy do cementu-zestaw pojedynczy (tzw.kolanowy)-zawierający mieszalniko-strzykawkę zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni . Mieszalnik o objętości 1x 80 g	szt	40						
4.	Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania,zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana ,panewka, otwarta rana operacyjna	szt	20						
						RAZEM:			