

# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

## Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE  
LECZYĆ,  
OTOCZYĆ OPIEKĄ,  
NATCZNAĆ NADZIEJĄ”

Znak: SZP <sup>537</sup>...../11/2018

Chrzanów, dnia 8.11.2018

### Centrala

☎ 32-624-77-77

### Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

### Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

### Dział Finansowy

#### - Księgowy

☎ 32-624-70-12

### Dział Kontraktów

#### Medycznych

#### i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

### Dział Organizacji

#### i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

### Sekcja Zamówień

#### Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Wykonawcy

**Dotyczy:** sprawy na **Dostawę implantów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie**.

- sprawa nr 106/2018

### Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści również mocowanie udowe typu endobutton - tytanowa płytką z nicią prowadzącą, zaopatrzoną w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki ostro zakończony.

Dodatkowo jako opcja ostro zakończona płytką tytanową 13 mm i wydłużoną - 20 mm, płytką tytanową połączoną z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant?"

Odp. Zgodnie z informacją z dnia 25.10.2018, Zamawiający unieważnił postępowanie na pakiet nr 16. Niniejsze zamówienie dotyczy pakietów 1-15 ; modyfikacja siwz z dnia 25.10.2018. <http://www.szpital-chrzanow.pl/przetargi/1258-dostawa-implantow-ortopedycznych-przetarg-106-2018> Procedura przetargowa na implanty więzadeł krzyżowych będzie ogłoszona w oddzielnym postępowaniu.

### Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po ich telefonicznym zamówieniu? Odp. jak powyżej.

### Pytanie 3, dot. Pakietu nr 14:




Czy ze względu na małą ilość zamawianego asortymentu Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy instrumentarium na czas trwania umowy, **dopuszczając możliwość dostarczania go na każdy zabieg tzw. zestaw lotny, w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia?**

Odp. Tak, dopuszczamy.

### Pytanie 4 , dot. Rozdziału VI, pkt. 2 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ dotyczących terminu dostawy / uzupełnienia depozytu.

W rozdziale III , pkt. 13 SIWZ Wykonawca wymaga utworzenia depozytu, i wskazuje termin jego uzupełnienia od 3 do 5 dni roboczych ( co stanowi jedno z kryterium oceny oferty ). Natomiast w rozdziale IV pkt. 2 Zamawiający podaje, że dostawy będą realizowane sukcesywnie do 2 dni



NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS:0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

roboczych, dodatkowo leki na ratunek – nie będące przedmiotem postępowania - mają być dostarczane w nieprzekraczalnym terminie do 12 godzin? Dlatego wnosimy o zmianę zapisu rozdziału IV, pkt. 2 i dostosowanie go do wymogów rozdziału III i wymogów wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający wykreśla z siwz pkt. IV.2-4.**

Zgodnie z zapisami siwz pkt. III. 13 oraz §4ust.1 wzoru umowy, Zamawiający wymaga w terminie do max 5 dni od daty zawarcia umowy do utworzenia bezpłatnie magazynu podręcznego („depozytu”) na terenie szpitala z asortymentu - bank implantów/asortymentu- pozwalający na swobodny wybór odpowiedniego rozmiaru.

Kryterium oceny to terminu uzupełnienia banku implantów po kolejnym wszczepieniu i §4 ust.5 wzoru umowy( nie jest to termin pierwszego utworzenia banku implantów o którym mowa w siwz III.13 i §4 ust.1 wzoru umowy) .

**Pytanie 5, dot. Rozdziału VII pkt. 2 SIWZ:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości sporządzenia oferty również w formacie danych „ pdf ”, przy zachowaniu pozostałych wymogów. **Odp. Tak dopuszczamy**

**Pytanie 6, dot. Rozdziału XVIII, pkt. 1 SIWZ:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie ww. punktu – waga przedstawionych kryteriów. W przedmiotowym SIWZ Zamawiający podaje; 100% cena i 40% termin uzupełnienia banku implantów / asortymentu.

**Odp. Tak, zamawiający poprawia omyłkę pisarską na :**

**cena (koszt)**

**~~100%~~ na 60%**

☞ Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj.  $100 \times \text{przyjęte kryterium}$  tj.  $100\% \cdot 60\% = \text{ilość przyznanych punktów}$ . Punkty za cenę pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:  $\text{cena najniższa} / \text{cena n-tej oferty} \times 100 \text{ pkt.} \times \text{przyjęte kryterium}$  tj.  $100\% \cdot 60\% = \text{ilość punktów dla n-tej oferty}$ .

**Pytanie 7, dot. § 4 ust. 9 wzoru umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

*„Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę asortymentu będącego w „banku endoprotez / implantów” na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej **na 9 miesięcy przed upływem daty ważności**”*  
**.Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 8, dot. § 3 wzoru umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

**Odp. Tak dopuszczamy, [apteka@szpital-chrzanow.pl](mailto:apteka@szpital-chrzanow.pl)**

**Pytanie 9 Rozdz. XVIII SIWZ** Czy w opisie kryteriów wyboru ofert nie nastąpiła omyłka? Zamawiający podaje, iż cena stanowi 100%, następnie podając kolejne kryterium: termin uzupełnienia banku implantów o wadze 40%.

**Odp. jak w pytaniu nr 6**

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

#### Pytanie 10 - Pakiet nr 10

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów Herberta wykonanych z tytanu zamiast stali? **Odp. Tak dopuszczamy.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów Herberta o parametrach 3,0/4,0mm zamiast 3,0mm, 3,9mm? **Odp. Tak dopuszczamy.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz na zabieg wkrętów Herberta wraz z instrumentarium zamiast oddanie w depozyt i użyczenia instrumentarium? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

#### Pytanie 11- Pakiet nr 11

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny w poz. 1-9 samych płyt (wkręty ujęto osobno w poz. 10-14), czy w komplecie z wkrętami? **Odp. w poz. 1-9 należy wycenić same płyty**
2. Jeżeli należy dokonać wyceny kompletu (płyta plus wkręty) prosimy o dokładne podanie ilości wkrętów blokowanych i korowych mających składać się na 1 komplet. **Odp. jak wyżej**
3. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytek blokowanych oraz wkrętów mających do nich zastosowanie wykonanych tylko z tytanu/stopu tytanu? **Odp. tak dopuszczamy.**
4. Poz. 2-4, 6-7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów mających zastosowanie do wymaganych płyt z gniazdem typu TORX zamiast sześciokątnym? **Odp. tak dopuszczamy.**
5. Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt kształtowych blokowanych do dalszej nasady kości udowej posiadających w części trzonowej 4 do 10 otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny? **Odp. tak dopuszczamy.**
6. Poz. 9 – Z uwagi na niewielką ilość płyt przewidzianych do zakupu czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium do zabiegu zamiast utworzenia z nich „banku” i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy? **Odp. nie wyrażamy zgody.**
7. Dot. zapisu pod formularzem cenowym – w związku z wymogiem dostarczenia instrumentarium niezbędnego do usunięcia zespolenia i uszkodzonych śrub – prosimy o doprecyzowanie, iż to instrumentarium będzie wymagane i zamawiane tylko na zabiegi, oraz używane będzie tylko w odniesieniu do implantów z pakietu 11 zakupionych u Wykonawcy wybranego w powyższym postępowaniu przetargowym? **Odp. Do usuwania implantów stosowanych w tutejszym szpitalu.**

#### Pytanie 12 - Pakiet nr 12

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych z poz. 3 wykonanych tylko z tytanu/stopu tytanu? **Odp. tak dopuszczamy.**
2. Poz. 4 – Z uwagi na niewielką ilość (3szt. -Średnie zużycie 1 raz na 4 miesiące) gwoździ śródszpikowych ramiennych kompresyjnych przewidzianych do zakupu czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium do zabiegu zamiast utworzenia z nich „banku” i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy? **Odp. nie wyrażamy zgody.**


#### **Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający w §3 ust. 6 oraz §4 ust. 9 wyrazi zgodę na dodanie przy zapisie o dacie ważności asortymentu „jeżeli dotyczy”? W SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia nie został postawiony wymóg oferowania implantów sterylnych. Dla implantów niesterylnych nie ma wymogu podawania dat ważności. **Odp. tak dopuszczamy.**
2. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 7 z „48 godzin” na „3 dni robocze”?  
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas. **Odp. zamawiający zmienia zapis na „2 dni roboczych”**



3. Czy Zamawiający udostępni regulamin korzystania z parkingu określony w §3 ust. 13? Odp. Regulamin do pobrania ze strony:  
<http://www.szpital-chrzanow.pl/sp/regulaminy-obowiazujace-na-terenie-szpitala-powiatowego-w-chrzanowie>
4. Czy „Umowa użyczenia” stanowi osobny załącznik, jeżeli tak prosimy o jego przedłożenie.  
Odp. Zamawiający załącza wzór umowa użyczenia.
5. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem i wynosi 2 dni robocze?  
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.  
Odp. zapis pozostaje bez zmian.
6. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu §4 ust. 13 dotyczącego dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytkowania na terenie Polski i „UE” poprzez usunięcie zapisu „i UE”. Każdy kraj posiada swoje wewnętrzne procedury i jeżeli wyrób ma być wprowadzony na rynek państw UE musi spełnić wymagania określone w danym państwie. Implanty w w/w postępowaniu sprzedawane będą polskiemu szpitalowi, stąd i dokumenty dopuszczające do obrotu jakie żąda Zamawiający mają być ważne i obowiązywać na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211 t.j.). odp. tak wykreślamy zapis i UE
7. Czy Zamawiający doda zapis w §7, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?  
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. *Odp. tak Zamawiający dodaje zapis „odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami”*

Z poważaniem



Sporządził:

KIEROWNIK  
SEKCJI UMÓW PUBLICZNYCH  
  
Joanna Cyganek

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892