

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Znak: 539/11/2018

Chrzanów, dnia 13.11.2018 r.

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ NADZIEJĘ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowy – Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień Publicznych





☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa wideobronchoskopu – sprawa 115/2018.

- Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej, pakiet 1 „Pozostałe wymagania”, punkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji serwisu był liczony w dniach roboczych? **Odp. Tak**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 3, podpunkt c): W standardzie napraw endoskopów przewiduje się w określonych przypadkach 5 dni roboczych dla napraw w kraju. Jeśli zajdzie potrzeba naprawy w serwisie poza Polską jest to 14 dni roboczych. W takim wypadku pojedyncza naprawa może trwać dłużej niż zakładany czas. Spełnienie tak wyodrębnionego punktu umowy jest niemożliwe. Czy Zamawiający odstąpi od określonego sumarycznego czasu napraw aparatu który uprawnia go do wymiany sprzętu na nowy? **Odp. Tak**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 3, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu c) na następujący zapis: „Po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu urządzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”? **Odp. Tak**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 3, podpunkt c): W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu c) na następujący zapis: „Po wykonaniu 5 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu urządzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego urządzenia na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”? **Odp. nie dotyczy**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 5 na następujący: „Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu nie później niż w ciągu 48 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie wysłane faxem lub e-mailem.”? **Odp. Tak.**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 6 na następujący: „Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 12 dni roboczych. Okres gwarancji na całość urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji”? **Odp. Tak**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 8, myślnik drugi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy sprzętu do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? **Odp. Tak**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 2, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia? **Odp. Nie**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 2, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosiła 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia? **Odp. Nie**



10. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 2, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia? **Odp. Nie**
11. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 2, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby kara umowna za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad wynosiła 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia? **Odp. Nie**
12. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 2, podpunkt b): Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego – Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad. **Odp. Tak w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego kary umowne nie będą naliczane (od momentu dostarczenia urządzenia zastępczego).**
13. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 5: Naprawy sprzętu endoskopowego wymagają użycia bardzo precyzyjnych i specyficznych narzędzi diagnostycznych, które pracują w stacjonarnym serwisie. W związku z tym przeważnie sprzęt jest transportowany do serwisu stacjonarnego. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści: „Reakcja serwisu na zgłoszenie usterki, naprawy w ciągu 2 dni roboczych. Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztowa, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia”? **Odp. Tak**
14. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 10: W myśl ustawy o wyrobach medycznych sprzęt musi być użytkowany wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. serwis sprzętu medycznego może być świadczony zgodnie z instrukcją obsługi, wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Nie ma możliwości, aby producent sprzętu endoskopowego brał odpowiedzialność za działania nieautoryzowanych serwisów. Dlatego prosimy o usunięcie punktu w całości lub nadanie mu brzmienia: „W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie innemu autoryzowanemu i certyfikowanemu serwisowi producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.”? **Odp. tak**

W związku z powyższym Zamawiający przesługuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.11.2018. Składanie ofert do godz.10:00; otwarcie godz. 11:00. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .

Z poważaniem



Sporządził:

STEROWNIK
URZĘDZAMOWIENI PUBLICZNYCH

mgr inż. Joanna Cyganek

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892