




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ
NADZIEJĄ”.
Centrala

☎ (032) 624-77-77

Sekretariat

Dyrekcji

☎ (032) 624-70-29

☎ (032) 623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ (032) 624-70-00

☎ (032) 623-22-60

Dział Finansowy

- Księgowy

☎ (32) 624-70-12

Dział Kontraktów

Medycznych

i Statystyki

☎ (32) 624-70-07

☎ (32) 624-70-20

Dział Organizacji

i Kadr

☎ (32) 624-70-06

☎ (32) 624-75-10

Sekcja Zamówień

Publicznych

☎ (32) 624-70-30

☎ (32) 624-70-34

Znak: SZP 560/11/2018

Chrzanów, dnia 19.11.2018

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetarg na „Dostawę aparatury sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie - znak post.: 116/2018

w ramach projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”

Niniejszym informujemy, że Zamawiający koryguje zapis siwz pkt. III.4 ma być „4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”

1. Dotyczy: Zapisów SIWZ

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broszury, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu. **Odp. tak**

2. Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną funkcji autokontur sterowaną przy pomocy przycisków na pilocie przewodowym dla pacjenta oraz z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg? **Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wymiary leża dopuszczają położenie materaca o długości 2000 mm z tolerancją ± 20 mm oraz szerokości 850 mm przy zachowaniu całkowitej szerokości łóżka poniżej 1000 mm? **Odp. Nie**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 350 mm do 920 mm? Parametr korzystniejszy od wymaganego. **Odp. tak**

5. Dotyczy pkt 19 w związku z pkt 9 tabeli parametrów. Czy w związku z dopuszczeniem konfiguracji sterowania wszystkimi funkcjami - elektrycznymi łóżka za pomocą pilota przewodowego oraz panelu dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg - pkt 9 tabeli Zamawiający dopuści by sterowanie funkcją autokontur także odbywało się z pilota przewodowego dla pacjenta i panelu centralnego dla personelu medycznego - pkt 19? **Odp. tak**

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

Cyf

6. Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w inteligentny system autoregresji segmentu oparcia placów, który odsuwa teleskopowo ten segment do tyłu o 23 cm i następnie do góry o 8 cm? Parametr korzystniejszy od wymaganego. **Odp. tak**
7. Czy Zamawiający dopuści inny kolor przycisku pozycji szokowej oraz dźwigni CPR jak pomarańczowy lub żółty? **Odp. dopuszczamy czerwony lub zielony**
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy, dostosowany do wymiarów leża, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, w pokrowcu nieprzemakalnym, łatwo zmywalnym i paroprzepuszczalnym? **Odp. Nie dopuszczamy**
9. Czy w związku z wymogiem zaoferowania materaca przeciwodleżynowego zmiennociśnieniowego bez dodatkowego materaca piankowego, Zamawiający dopuści, by materac powietrzny był materacem kładzionym bezpośrednio na ramę leża łóżka i miał wbudowany w swojej konstrukcji rdzeń piankowy, który będzie podpierał pacjenta w razie braku powietrza w komorach powietrznych materaca np. po użyciu funkcji CPR którą materac musi posiadać ? **odp. Nie dopuszczamy**
10. Czy szafka przyłóżkowa ma posiadać blat boczny? **Odp. tak**

Uwaga:

PAKIET 2

Zamawiający w pkt. 34 AIT wymaga dodatkowo:

- materac piankowy (standard)
- Statyw na kroplówki

11.

Czy w rozumieniu opisu łóżka elektrycznego dla pacjentów - 4 szt. Zamawiający aby zwiększyć konkurencyjność, dopuści produkt równoważny o następujących parametrach:

Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża.

Wymiary zewnętrzne: 2130 x 970 mm, Pozycje TB/ ATB realizowane za pomocą pilota realizowane jednym odznaczonym przyciskiem (min. 12⁰).

Funkcje łóżka: zmienna wysokość leża oraz kąta uniesienia pleców i nóg, regulowane za pomocą siłowników elektrycznych przy użyciu przewodowego pilota. Łóżko nie posiada pilota przewodowego sterowania dla personelu. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali epoksydowanej, lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone. Regulacja wysokości bez materaca na poziomie 350-710mm, kąt uniesienia oparcia pleców 75° : kąt uniesienia oparcia nóg:40° , Szczyty wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego. Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi. , Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiająca demontaż szczytów. Barrierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium zabezpieczające pacjenta na całej długości za pomocą pionowych słupków połączonych poprzeczką. Dwupozycyjne barrierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, Podnoszenie barrierk bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku, pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”, Koła blokowane indywidualnie o średnicy :125 mm, Przynajmniej dwa uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku,

Uchwyt do zwinięcia kabla zasilającego zlokalizowany po lewej stronie łóżka (od strony nóg), Dopuszczalne obciążenie: 250 kg,

Odp.: Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami pozostałymi odpowiedziami.

12. Pakiet 2. – Łóżko szpitalne – 4 szt.

Punkt 9

- Czy Zamawiający dopuści sterowanie umieszczone w barierkach tworzywowych (o ile Zamawiający takie dopuści rozwiązanie) zamiast pilota, który znacznie częściej ulega uszkodzeniu ? Sterowanie panelem centralnym pozostaje bez zmian. **Odp. tak**

Pytanie 13

- Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1950 x 850 nieznacznie różniące się od wymaganego? **Odp. nie**

Pytanie 14

- Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną w zakresie 360-740 mm? **Odp. Tak**

Pytanie 20

- Czy Zamawiający dopuści autoregresję pleców 12 cm oraz ud 8,5 cm? **Odp. Tak**

Pytanie 21 i 22

- Czy Zamawiający dopuści ATR i TR w zakresie 0-16°? **Odp. Tak**

Pytanie 34

- Czy Zamawiający wymaga dwie podwójne tworzywowe barierki po obu stronach łóżka ? **Odp. Zgodnie z siwz**

Pytanie 34

- Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z blatem bocznym regulowaną za pomocą sprężyny gazowej z dwoma szufladami (dolna w postaci kontenera) półki pomiędzy nimi oraz dolną półką na przykład na obuwie pacjenta? **Odp. Zgodnie z siwz**

Z poważaniem

Sporządził:

mgr inż. Jolanta Cyganeck
Zgodnie z SIWZ