

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTEKZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowo - Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Znak: SZP ⁶³⁷/ 12/2018

Chrzanów, dnia ¹⁴...12.2018

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu „Dostawa sprzętu medycznego dla stacji dializ” – sprawa nr 124/2018.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z **Pakietu 4 Pozycji nr 5?** Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 4 Pozycja nr 1**, zestawu linii z pakowanym oddzielnie korkiem do recyrkulacji?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści do **Pakietu 4 Pozycja nr 2** dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,4 m² z membraną PolyamixTM wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną, współczynnika ultrafiltracji (ml/godz. x mmHg) 10, mierzone przy przepływie krwi Qb=200, dializatu Qd=500? Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści do **Pakietu 4 Pozycja nr 3** dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,4 m² z membraną PolyamixTM wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną, współczynnika ultrafiltracji (ml/godz. x mmHg) 10, mierzone przy przepływie krwi Qb=200, dializatu Qd=500? Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



5. Czy Zamawiający dopuści do **Pakietu 4 Pozycja nr 4** dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,7 m² z membraną PolyamixTM wykonanych

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS:0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



[Handwritten signature]

z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną, współczynnika ultrafiltracji (ml/godz. x mmHg) 12,5, mierzone przy przepływie krwi $Q_b=200$, dializatu $Q_d=500$? Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający dopuści do **Pakietu 6 Pozycja nr 1** dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,4 m² z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną, współczynnika ultrafiltracji (ml/godz. x mmHg) 10, mierzone przy przepływie krwi $Q_b=200$, dializatu $Q_d=500$? Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do **Pakietu 6 Pozycja nr 2** dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,4 m² z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną, współczynnika ultrafiltracji (ml/godz. x mmHg) 10, mierzone przy przepływie krwi $Q_b=200$, dializatu $Q_d=500$? Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści do **Pakietu 6 Pozycja nr 3** dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,7 m² z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną, współczynnika ultrafiltracji (ml/godz. x mmHg) 12,5, mierzone przy przepływie krwi $Q_b=200$, dializatu $Q_d=500$? Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. **Pakiet 2 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apiogeny kompletny do implantacji w skład którego

wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. **Pakiet 3 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp.: Nie, bo jest procedura tunelizowania wstecznego.

11. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w **pakiecie nr 6** dializatorów z błoną syntetyczno-polinefrownową, w poz. 2 o powierzchni 1,5m² i w poz. 3 o powierzchni 1,7m², spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Zintegrowania i Jakości
p. o. mgr Alicja Górecka

Sporządził:

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Aneta Pawłowska

Foguer Z