




Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ
NADZIEJĄ”.
Centrala

(032) 624-77-77
Sekretariat
Dyrekcji

(032) 624-70-29
(032) 623-94-28
Dziennik Podawczy

(032) 624-70-00
(032) 623-22-60
Dział Finansowo
- Księgowy
(32) 624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

(32) 624-70-07
(32) 624-70-20

Dział Organizacji
i Kadr

(32) 624-70-06
(32) 624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

(32) 624-70-30
(32) 624-70-34

Znak: SZP 594/11/2018

Chrzanów, dnia 29.11.2018

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetarg na „Dostawę aparatów USG 2szt. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - znak post.: 127/2018

w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”

Pytanie 1 Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia są dwa odrębne aparaty USG, zwracamy się prośbą o rozbieżność postępowania na dwa odrębne pakiety. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie ma producenta, który miałby w swojej ofercie dwa tak różne ultrasonografy, co może uniemożliwić jednemu Wykonawcy złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, a tym samym jego unieważnienie z uwagi na brak ofert.

Odp. Nie

Pytanie 2 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wymaganego terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy. **Odp. Nie**

Pytanie 3 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragrafu 6, ustęp 3 c) z:

"Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas naprawy przekroczy okres 14 dni, Zmawiającemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)."

na:

"Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas naprawy przekroczy okres 14 dni, Zmawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)."

Pragniemy nadmienić, iż producent oferowanego przez nas aparatu nie przewiduje w przypadku ewentualnej awarii jego wymiany na nowy, a jedynie doprowadzenie go do pełnej sprawności poprzez wymianę uszkodzonych elementów/podzespołów. Konieczność ewentualnej wymiany całego urządzenia obciąży zatem Wykonawcę, a nie producenta urządzenia, co spowoduje konieczność doliczenia kosztu ewentualnej wymiany do ceny oferty i znacznie podroży koszt zakupu aparatu dla Zamawiającego. **Odp. Nie**

Z upoważnienia Z poważaniem
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

Zm. Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Jakości

mgr Alicja Dobranowska

Sporządził:

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881
Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jolanta Yganek