

LP.	OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE	NR STRONY W OFERCIE Z POTWIERDZENIEM DELAROWANEJ WARTOŚCI PRODUCENTA	PUNKTACJA
<b>PANEL NADŁÓŻKOWY JEDNOSTANOWISKOWY (02.V) W WERSJI DZIECIĘCEJ</b>					
1	Nazwa producenta:	podać			
2	Typ:	podać			
3	Rok produkcji:	podać			
4	Ilość: 15 szt.	-			
5	Lokalizacja: Pokoje łózkowe - dzieci starsze (pomieszczenia nr P/9, P/10, P/11, P/45, P/49, P/50)	-			
6	Symbol użyty w projekcie: Pds-1	-			
7	Panel elektryczno-gazowy wraz z oświetleniem mocowany do ściany.. Panel zgodny z wymaganiami normy ISO 11197-1:2016 z deklaracją wytwórcy.	TAK			
8	Poziomy, lekki, czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany z płytą czołową wykonaną z materiału solidsurface, jednolitego, nieporowatego homogenicznego, składającego się z 1/3 żywicy akrylowej i 2/3 z trójwodoru aluminium, wielowarstwowo frezowanego i klejonego w formie trójwymiarowej dziecięcej grafiki. Min. 10 dostępnych grafik z motywami dla dzieci np. z bajek, komiksów itp. (załączyć przykłady wraz ze wskazaniem podmiotu, który jest właścicielem grafiki lub zaznaczyć jako opracowanie własne). Po stronie wykonawcy leżą wszelkie koszty z uzyskaniem i opłaceniem licencji od podmiotów które są właścicielami wzorów użytkowych.	TAK			
9	Panel wykonany z profili aluminiowych przykrytych płytą czołową z materiału solidsurface, jednolitego, nieporowatego homogenicznego, składającego się z 1/3 żywicy akrylowej i 2/3 z trójwodoru aluminium, polerowany na wysoki połysk. Wymagania techniczne materiału: • Odporność zgodnie z DIN ISO 4586 T12: >120cm, • Twardość powierzchni wg Mohsa DIN EN 101: 2-3 • Odporność na bakterie i grzyby wg DIN EN ISO 846: nie sprzyja rozwojowi Załączyć specyfikację techniczną materiału. Grubość ścianek profilu aluminiowego maksymalnie 2,0 mm, solidsurface min. 6mm.	TAK (załączyć)			
10	Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys obudowy. Klosze wykonane z gładkiego materiału odpornego na UV. Osłony oświetleniowe z poliwęglanu. Specyfikacja oświetlenia: - światło ogólne – LED, skierowane do góry - światło do badań – LED, skierowane w dół, - światło nocne dla pacjenta – LED, skierowane w dół Suma poszczególnych światel zapewniająca min. 100lx średniej na łóżku. Zamawiający wymaga dostarczenia wykresu fotometrycznego obrazujących rozkład światła dla pomieszczenia min. 16m2.	TAK			
11	Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu klosza oświetleniowego w celach konserwacyjnych bez ściągania płyty czołowej z solidsurface.	TAK			
12	Wymiary panelu ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość (głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy max. 90 mm, wysokość nie większa niż 55cm, długość na jednego pacjenta do uzgodnienia z zamawiającym min. 150 cm; max 160cm.	TAK			
13	Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430: - tlen O2 - 1 szt. - próżnia VAC - 1 szt. Popychacze gniazd wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Dołączyć aprobatę dla miedzi CU+ lub innego materiału równoważnego.	TAK (załączyć)			
14	Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d8. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją.	TAK			
15	Bloki gniazd gazowych próżni VAC z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d10. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją.	TAK (załączyć)			
16	2x gniazdo 230V z bolcem uziemiającym zlicowane z powierzchnią, z przesłoną torów prądowych oraz żaluzją otworu, dające płaską powierzchnię bez włożonej wtyczki. 1x włącznik oświetlenia ogólnego – górnego, równoległy z włącznikiem na ścianie, 1x gniazdo do wtyku wyrównania potencjałów, dolny kanał: 1x gniazdo podwójne RJ45 min. Kat 6a ekranowana 1x gniazdo USB z wewnętrznym zasilaczem	TAK			
17	1 szt. przygotowanie pod system przyzywowy (zlicowane gniazdo systemu)	TAK			
18	Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane wyposażenie i wymiary. Wymagany rzut z przodu i przekrój boczny.	TAK			
19	Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim	TAK			
<b>POZOSTAŁE WARUNKI</b>					
20	Rysunki potwierdzające parametry urządzenia	TAK (załączyć)			
21	Montaż i szkolenie z obsługi	TAK			
22	Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC	TAK (załączyć)			

23	Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog)	TAK (załączyć)			
24	Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry)	TAK (załączyć)			
25	Potwierdzenie zgłoszenia do URPL	TAK (załączyć)			
26	Paszport techniczny	TAK			
27	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK			
28	Karta gwarancyjna	TAK			
29	Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę	TAK (podać i załączyć)			
<b>SYGNALIZATORY STANU GAZÓW MEDYCZNYCH</b>					
30	Nazwa producenta:	podać			
31	Typ:	podać			
32	Rok produkcji:	podać			
33	Lokalizacja: Skrzynki kontrolno - zaworowe gazów medycznych	-			
34	Sygnalizator stanu gazów medycznych czytający dane z przetworników ciśnienia 4-20mA	TAK			
35	Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespołu kontrolnego lub w puszcze podtynkowo	TAK			
36	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz wskazujący cyfrowo ciśnienie w bar lub kPa dla min. 6 gazów w jednym czasie. Różdzielczość wskazań: 10kPa i niższa. Wskazanie poziomów alarmu gazu MAX i MIN zgodny z ISO 7396-1.	TAK			
37	Menu z możliwością wprowadzenia hasła lub inny system zabezpieczający przed niepożądanym wejściem do menu konfiguracyjnego	TAK			
38	Wskazanie ciśnienia gazów oraz stanów alarmowych wraz z sygnałem świetlnym i dźwiękowym zgodnym z ISO 7396-1 z możliwością czasowego wyciszenia alarmu	TAK			
39	Sygnalizator gazów medycznym z wyświetlaczem LCD zasilany prądem 12-24VDC, automatycznie przechodzący na zasilanie bateryjne. Bateria/akumulator w zestawie.	TAK			
40	Urządzenia zamknięte w obudowie z wyświetlaczem na zewnątrz obudowy	TAK			
<b>POZOSTAŁE WARUNKI</b>					
41	Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urządzenia	TAK (załączyć)			
42	Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog)	TAK (załączyć)			
43	Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry)	TAK (załączyć)			
44	Potwierdzenie zgłoszenia do URPL	TAK (załączyć)			
45	Paszport techniczny	TAK			
46	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK			
47	Karta gwarancyjna	TAK			
48	Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę	TAK (podać i załączyć)			
<b>OCZYSZCZONE MIEDZIANE RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH</b>					
49	Nazwa producenta:	podać			
50	Typ:	podać			
51	Ilość: wg zapotrzebowania	-			
52	Rury miedziane spełniające wymagania normy EN-ISO 13348 Miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni.	TAK			
53	Potwierdzenie grubości ścianek rekomendowanych zgodnie z normą EN-ISO 13348 dla średnic: - 10mm - 12mm - 15mm - 22mm Podać grubości ścianek	TAK (podać)			
<b>POZOSTAŁE WARUNKI</b>					
54	Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla układu	TAK (załączyć)			
55	Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog)	TAK (załączyć)			
56	Deklaracja właściwości użytkowych	TAK (załączyć)			
57	Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry)	TAK (załączyć)			
58	Potwierdzenie zgłoszenia do URPL	TAK (załączyć)			