

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ NADZIEJĘ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowo
– Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji
i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

SZP 636/12/2018

Chrzanów, dnia 12.12.2018r.

Wykonawcy

**Dotyczy: oferty na dostawę Monitora do pomiarów hemodynamicznych
– sprawa nr 133/2018.**

Szpital Powiatowy w Chrzanowie zwraca się z prośbą o ofertę cenową
na **dostawę monitora do pomiarów hemodynamicznych zgodnie z
opisem – sprawa nr 133/2018.**

Termin realizacji – do 14 dni

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w AIT.
2. Do oferty należy dołączyć:
 - a) Oferta + wypełniony AIT
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 - c) katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące zaoferowanego sprzętu.
 - d) Świadectwa/dokumenty potwierdzające dopuszczenia oferowanego wyrobu medycznego do używania.
3. Kryterium oceny ofert: 100% cena.





**Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym w Szpitalu Powiatowym
w Chrzanowie (pawilon D, 2 piętro) lub przesłać w formie elektronicznej
na adres dzp@szpital-chrzanow.pl
do godziny 10⁰⁰ do dnia 17.12.2018r.**

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych (wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro)

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Jakości
mgr Alicja Dobranowska
upoważnienia
Szpitala Powiatowego
Chrzanowie



NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

OFERTA

załącznik nr 1

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Tel: **Fax.:**

E-mail:

NIP: **REGON:**

Wysokość kapitału zakładowego:
(dot. Sp. z o.o.)

Wysokość kapitału wpłaconego:
(dot. S.A.)

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą

TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić*

Osoba do kontaktu z Zamawiającym

Nawiązując do ogłoszenia na:

Dostawa monitora do pomiarów hemodynamicznych – sprawa 133/2018

Oferujemy dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

	Za cenę	zł netto		zł brutto
	VAT %			
	Słownie brutto			
	Producent Model			
	<u>zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce</u> , zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 211),			

Wykonawca wykonana zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*
- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie*

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych (wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro)

Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

..... dnia

.....

Podpis Wykonawcy

Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przepłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylniej			Potwierdzenie zaoferowanych parametrów
Producent Model rok produkcji			
Wymagania			
1.	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przepłucnej: • bez użycia cewnika Swan-Ganza, • drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej,	TAK	
2.	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: • bez użycia cewnika Swan-Ganza, • drogą kaniulacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy)	TAK	
3.	Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną.	TAK	
4.	Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji żylniej: SCVO2 i SVO2 • pomiar saturacji żylniej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym	TAK	
5.	Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: • rzut serca (CO); • objętość wyrzutowa (SV); • systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); • zmienność objętości wyrzutowej (SVV); • indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzprzędnej (ELWI); • indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); • indeks całkowitej objętości końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDV); • całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); • wewnątrzkrążkowa objętość krwi (ITBV); • indeks funkcji serca (CFI); • wewnątrzprzędna objętość krwi (PBV); • ciągły pomiar saturacji krwi żylniej (SCVO2 i SVO2);	TAK	
6.	Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: • dla CCO co min. 20 sek. • dla ScvO2 co min 2 sek.	TAK	
7.	Wyświetlanie danych w postaci ekranów: • kokpit; • interwencyjny; • fizjologiczny; • drzewa decyzyjnego; • graficzny; • tabelaryczny; • wartości cyfrowych; • GPS;	TAK	
8.	Ekran typu „kokpit”: • definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres	TAK	

	- celów terapii i alarmów; - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie		
9.	Ekran interwencyjny: możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem.	TAK	
10.	Ekran fizjologiczny: - możliwość jednoczesnej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obwodowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV) – krzywa Franka-Starlinga; - możliwość jednoczesnego wyświetlania wartości saturacji żylniej (ScvO2 lub SvO2); - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów	TAK	
11.	Ekran zależności danych: - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów	TAK	
12.	Ekran trendów graficznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; - jednoczesne wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów	TAK	
13.	Ekran trendów tabelarycznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; - jednoczesne wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów	TAK	
14.	Ekran wartości cyfrowych: - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy	TAK	

	pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów		
15.	Ekran GPS: • pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; • możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; • duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; • możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów • dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów	TAK	
16.	Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przepłucnej.	TAK	
17.	Pamięć trendów monitora min. 72 godz.	TAK	
18.	Monitor dotykowy, przekątna ekranu min 10 cali, rozdzielczość minimum 800x600	TAK	
19.	Statyw jezdny z montowanym koszykiem i uchwytem na kroplówkę	TAK	
20.	Możliwość transferu danych przez porty USB (min 3) w postaci pliku Excel lub jpg.	TAK	
21.	Możliwość zrzutu danych do zewnętrznych urządzeń poprzez protokół HL7.	TAK	
22.	Menu w języku polskim.	TAK	
23.	Waga aparatu nie więcej niż 3 kg	TAK	
24.	Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim	TAK	
25.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

Okres gwarancji (min 24 miesiące)

.....

Data i podpis Wykonawcy

Umowa nr wzór/SZP/2018

zawarta w dniu roku w Chrzanowie pomiędzy:

Szpitałem Powiatowym w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16

wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000015881, NIP 628-19-16-916

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”, o następującej treści:

*Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro) –
nr sprawy.....*

§ 1

1. Zamówienie obejmuje **dostawę monitora do pomiarów hemodynamicznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie**
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta+ AIT.
3. Treść wzajemnych obowiązków ustalona została w:
 - niniejszej umowie,
 - zapytaniu
 - ofercie.

§ 2

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny, a także wolny od wad fizycznych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone urządzenia będą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, jak też będą spełniały wymagania istotne dla bezpieczeństwa (w przypadku, gdy przedmiot umowy należy do kategorii, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia będzie on oznaczony znakiem CE, deklaracja zgodności) oraz, że będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji, będzie fabrycznie nowy i nie będzie sprzętem wystawowym.

§ 3

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają **do 14 dni od daty zawarcia umowy (tj do dnia).**
2. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu odbioru z adnotacją bez usterek.

§ 4

Warunki płatności:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości do:
.....zł netto,zł brutto
(słownie brutto:.....)
2. W cenie określonej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy tzn. koszty zakupu, transportu, montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.
3. Cena brutto podana w ofercie obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie może ulec zmianie.
4. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.
5. Zamawiający ureguluje należność w terminie **do 60 dni od daty wystawienia faktury**. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 2 dni od momentu zgłoszenia pomyłki.
6. Strony ustalają, że za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przeniesienia należności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 5

Warunki dostawy i odbioru

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie na warunkach INCOTERMS 2010 DAT, 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) Dostawy sprzętu;
 - b) Montażu i uruchomienia
 - c) przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania sprzętu.
3. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem.
4. Przedmiot umowy musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
5. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a) karty gwarancyjne,
 - b) dokumentacje techniczne,
 - c) instrukcje obsługi w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej),
 - e) specyfikacje katalogowe (handlowe),
 - f) kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) w języku polskim dopuszczających produkty do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywne opinie);
 - g) protokół z przeszkolenia personelu.
6. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu urządzenia na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) urządzenia.
7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:
 - niezgodny z opisem technicznym, stanowiącym załącznik do umowy lub jest niekompletny,
 - posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia,Zamawiający odmówi odbioru sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności). Zamawiający wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
8. Podstawą uznania, iż przedmiot umowy spełnia warunki określone w §1 jest protokół odbioru z adnotacją bez usterek.
9. Wykonawca oświadcza iż zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu Parkingu Szpitalnego, w tym w zakresie obowiązkowych opłat.

§ 6

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi wynosi miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w chwili wydania przedmiotu umowy sprawdza zgodność znajdujących się na urządzeniu oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na urządzeniu zabezpieczeń.
3. Warunki gwarancji dla przedmiotu umowy:
 - a) Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji.
 - b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej.
 - c) Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
4. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy w całości lub jego zasadniczej części.

§7

Warunki wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji

1. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w dniach i godzinach: 7:00 – 16:00 pod nr tel. lub za pośrednictwem faxu pod nr lub pod adresem e-mail
3. Zmiana numerów telefonu bądź faksów oraz adresów e-mail dla realizacji niniejszej umowy będzie skuteczna jedynie po wcześniejszym powiadomieniu drugiej strony.
4. Serwis gwarancyjny realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do miejsca wykonywania serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie użytkownika niezwłocznie po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 48 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie wysłane faxem lub e-mailem.
6. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. Okres gwarancji na całość urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wadliwości urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych do parametrów oferowanego urządzenia.
8. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, wykonawca zapewni:
 - odbiór na własny koszt wadliwego urządzenia;
 - naprawę urządzenia w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia;
 - dostawę naprawionego urządzenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z gwarancji.
10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji dostarczy, wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy kartę gwarancyjną producenta.

§ 8

Kontakt w sprawie zamówienia:

- a) z ramienia Zamawiającego pod nr tel. (32) 6247036; 519 307607
- b) z ramienia Wykonawcy : tel.

§ 9

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.
2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne.
4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.
5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną od wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
3. Za nienależyte wykonywanie umowy Strony uznawać będą w szczególności:
 - opóźnienie w dostawie lub jej części przekraczające 14 dni,
 - wykonanie usługi wynikających z gwarancji i rękojmi w terminie niezgodnym z zapisami § 6 i § 7.

§11

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonana zamówienie:

- a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*
- b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie*

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca:

- a) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy,
- b) przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz za wykonanie.....
- c) zapewni w formie pisemnej, iż Podwykonawca zostanie zobowiązany do spełniania warunków z tytułu gwarancji i rękojmi w sposób opisany w niniejszej umowie.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY