



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP⁶⁸/02/2020

Chrzanów, ²⁵02.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego – Dostawa respiratorów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – przetarg 14/2020.

1. **PKT. 1** Firma COVIDIEN jako jedyna stosuje tzw. „triki” oferując monitory np. o przekątnej 6 cali podzielone wzdłuż na dwa lub trzy ekrany, których suma przekątnej wynosić może aż 18 cali. Czy pod pojęciem monitor o przekątnej min. 14” Zamawiający rozumie jeden monitor wyposażony w jeden ekran?

Odp.: Tak.

2. **PKT. 4** - Czy w miejsce opisanego wymogu, zgodnie z nowym standardem Zamawiający dopuści respirator wyposażony we **własne źródło powietrza** zapewniające porównywalne parametry wentylacyjne z aparatami zasilanymi z próżni centralnych, nie narażających Zamawiającego na ogromne starty z powodu ich uszkodzenia – biorąc pod uwagę ryzyko przedostania się wody z sieci centralnej sprężonego powietrza i uszkodzenia respiratora. Rozwiązania takie stosowane są powszechnie w nowych respiratorach, takich jak : Draeger, Maquet, Bellavista, Mindray itp. Respiratory te zapewniają cichą pracę i podtrzymywanie pracy nawet w przypadku uszkodzenia elektrycznego lub gazowego, o ile Zamawiający przewiduje możliwość awarii zasilania gazowego lub zasilania elektrycznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. **PKT 24** – Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem regulacji częstości oddechowej 1-80 odd./min?

Szerszy zakres częstości oddechowej stosuje się wyłącznie u noworodków i zważywszy na przeznaczenie nabywanego urządzenia jest on wystarczający do zabezpieczenia pacjenta podczas prowadzonej terapii

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



4. **PKT. 26** Czy Zamawiający dopuści respirator z monitorowaniem szczytowego przepływu wdechowego bez dodatkowej funkcji w postaci jego bezpośredniej regulacji?

Odp.: Nie.

5. **PKT. 29** Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odp.: Nie.

6. **PKT. 36** Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją Triggera ciśnieniowego w zakresie -10-(-0,5) cmH₂O?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. **PKT. 38** – Oferowany przez nas respirator spełnia opisany wymóg w przypadku ciśnieniowego trybu rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, natomiast w przypadku prowadzenia terapii z wykorzystaniem triggera przepływowego wymianie podlega jednopacjentowy czujnik przepływu. Czy zamawiający dopuści oferowane rozwiązanie?

Odp.: Nie.

8. **PKT. 49, 52, 53** Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tych punktach?

Odp.: Nie.

9. **PKT. 60** Opisany parametr spełnia wyłącznie jeden producent respiratorów – firma COVIDIEN. Czy zatem zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. **PKT. 79** Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odp.: Nie.

11. **PKT. 81** Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odp.: Nie.

12. **PKT. 82** Czy Zamawiający dopuści respirator bez automatycznej kompensacji w trybie nieinwazyjnym?

Odp.: Nie.

13. **PKT. 88** Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odp.: Nie.



dot. załącznik nr Arkusz Informacji Technicznej (AIT):

14. **dot. pkt. 3.** Czy Zamawiający uzna za równoważny respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o objętości oddechowej od 20 ml przy trybach wentylacji objętościowych, co spełnia wymagania wagowe opisane przez Zamawiającego?

Odp.: Tak.

15. **dot. pkt. 8.** Czy zamawiający dopuści jako równoważne najwyższej klasy respirator posiadający moduł baterii, automatycznie ładowany w trakcie pracy zapewniający dodatkowe 4 godziny nieprzerwanej i nieograniczonej pracy respiratora bez możliwości użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany na nowy naładowany bez przerwy w pracy respiratora?

Odp.: Nie.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

16. **dot. pkt. 14.** Prosimy Zamawiającego o określenie czy wentylacja nieinwazyjnej (NIV) ma być dostępna we wszystkich trybach wentylacyjnych wraz z 1 szt. pełno twarzowej maski do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem silikonowym w rozmiarze M lub L lub XL?

Odp.: Tak, we wszystkich trybach wraz z maską XL.

17. **dot. pkt. 15.** Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator w którym wentylacja przy bezdechu jest objętościowo kontrolowana z regulowaną częstością i objętością oddechową? Ułatwia to ustawianie bezpiecznych parametrów na wypadek bezdechu pacjenta.

Odp.: Zgodnie z siwz.

18. **dot. pkt. 22.** Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania?

Odp.: Nie.

19. **dot. pkt. 26.** Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator ze szczytowym przepływem wdechowym od 3 do 120 l/min? Wartości powyżej 120l/min nie są spotykane w klinicznych sytuacjach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20. **dot. pkt. 29.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z bezpośrednio regulowanym czasem wdechu i pomiarem rzeczywistego czasu Plateau? Respirator umożliwia uzyskanie żadanego zakresu czasu Plateau.


Odp.: Zgodnie z siwz.

21. **dot. pkt. 36.** Czy Zamawiający dopuści respirator najwyższej klasy wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH₂O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym? Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawiska autocyklu. Wyzwalacze jednoparametrowe oparte na detekcji ciśnienia nie mają obecnie żadnego zastosowania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

22. Załącznik AIT, pkt 15: biorąc pod uwagę, że wybór rodzaju oddechu VCV i PCV jest związany z rodzajem zaburzeń wentylacji, Zamawiający wymaga wentylacji bezdechu w obu rodzajach oddechu VCV i PCV (pozostawiając wybór użytkownikowi jaki doraźnie zastosować z obu dostępnych w respiratorze)?

Odp.: Tak.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

23. Wzór Umowy: § 6, pkt. 2d: ze względu na możliwe przyczyny nie leżące po stronie wykonawcy uprzejmie prosimy o wykreślenie frazy: "(...)lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni, (...)", bowiem w powiązaniu z innymi zapisami Umowy Zamawiający otrzymuje urządzenie zastępcze (przy naprawie powyżej 5 dni) i może świadczyć usługi zdrowotne w zasadzie w sposób nieprzerwany. Wymiana aparatu w całości na nowy w sytuacji braku możliwości naprawy lub wielokrotnej wymianie zasadniczych elementów respiratora jest logiczny i zasadny, w przeciwieństwie do wymiany całego aparatu np.: tylko z powodu np.: spóźnienia kuriera i przekroczenia umownych sumarycznych 14 dni, a więc ze względu na możliwe przyczyny nie leżące po stronie wykonawcy wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 6, pkt. 2d frazy: "(...)lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni".

24. Wzór Umowy: § 7, pkt. 5: uprzejmie prosimy o wykreślenie frazy opisującej tzw. **„wieczna gwarancję”**: „(...)lub zwrócenia rzeczy naprawionej (...)”. O ile rozpoczęcie biegu gwarancji od nowa może być uzasadnione i logiczne np. wymianą na nowy aparat, to rozpoczynanie biegu nowej kilkuletniej gwarancji tylko i wyłącznie po każdej nawet najdrobniejszej naprawie jest nieuzasadnione. Jeszcze raz prosimy uprzejmie o wykreślenie ww. frazy opisującej tzw. **„wieczna gwarancję”**.



Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zwrotu w § 7, pkt. 5 „lub zwrócenia rzeczy naprawionej”.

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Sporządził:


STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Aneta Pawłowska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892