

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Znak: SZP/119/ 03/2019

Chrzanów, dnia 19.03.2019

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowo
– Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji
i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Wykonawcy

Dotyczy: Odpowiedzi do przetargu „Dostawa materiałów do centralnej Sterylizatorni” – sprawa nr 15/2019.

Pyt. 1 – do formularza cenowego – pakiet 2, poz. 7 Prosimy o doprecyzowanie ile sztuk ma zawierać opakowanie arkusza ochronnego? **Odp. 120x120 a 120 szt.(dopuszcza się inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania w górę).**

Pyt.2 – do formularza cenowego – pakiet 2, poz. 2 Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga testu o parametrach dezynfekcji termicznej 90 stopni / 5 minut? **Odp. Zamawiający poprawia omyłkę: ma być 93° / 10 min.**

Pyt. 3 - Pakiet 3 poz. 2 i 3 oraz Pakiet 5 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to przedstawienie konkurencyjnej oferty, jak również pozwoli na wprowadzenie szybkiej kontroli biologicznej w ciągu 24 min i korzystnie z jednego urządzenia odczytującego.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 4 - Pakiet 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe o minimalnej różnicy w gramaturze – proponujemy kompresy 3,46g/szt? **Odp. Nie wyrażamy zgody**

Pyt. 5 Pakiet 7 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm x 500szt? **Odp. Nie wyrażamy zgody**

Pyt. 6 Pakiet nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe zgrzewane w temperaturze 180-220°C? **Odp. Tak dopuszczamy.**

Pyt. 7 Pakiet nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 25x6x100 w miejsce 25x6,5x100? **Odp. Tak dopuszczamy**

Pyt. 8 Pakiet nr 1 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa Tyvek zmieniający zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty? **Odp. Tak dopuszczamy**

Pyt. 9 Pakiet nr 1 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa Tyvek o wytrzymałości na rozciąganie w poprzek min. 169N/2,54cm, grubości min. 157 µm oraz 2µ warstwy klejącej w laminacie? **Odp. Tak dopuszczamy**





Pyt.10 dot. umowy:

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS:0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 pkt. 2a), 2b), 2c) zastąpić słowo: "opóźnienia" na słowo „zwłoki”? **Odp. zapis pozostaje bez zmian.**
2. Czy Zamawiający zgadza się, aby do dostarczonego towaru był załączony tylko oryginał faktury + 1 kopia dla dostawcy? **Odp. Tak**
3. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? **Odp. zgodnie z zapisami umowy §4ust.10 tj.**

„W przypadku zaprzestania produkcji lub braku towaru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udokumentować i powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może dopuścić zamiennik porównywalny jakościowo, po wcześniejszym zaakceptowaniu, z zastrzeżeniem, iż cena zamiennika nie może być wyższa od podanej ceny w ofercie przetargowej”

Pyt. 11. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 250mm x 60mm x 100m zamiast 250mm x 65mm x 100m? **Odp. Tak dopuszczamy**

Pyt.12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 3) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. **Odp. Nie wyrażamy zgody**

Pyt. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji spełniających wymagane parametry o wydłużeniu folii w obu kierunkach 70%? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pyt. 14 Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 7 poprzez zastąpienie słów „48 godzin” słowami „3 dni roboczych”? **Odp. Wyrażamy zgodę**

Pyt. 15 Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 12 poprzez zastąpienie cyfry „2” cyfrą „3” i dodania po słowie „dni” słowa „roboczych”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pyt. 16 Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 4 ust. 14 wartości „20%” wartością „40%”? **Odp. Nie wyrażamy zgody**

Pyt. 17 Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia:

Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej/niezgodnej części zamówienia, lecz nie mniej niż 5zł, za każdy dzień zwłoki,
- b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad (pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 5zł, za każdy dzień zwłoki,
- c) za rozwiązanie umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy.

Odp. a-c Zapisy pozostają bez zmian.

Pyt. 18 Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 10 ust. 4 wartości „20%” wartością „40%” **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pyt. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? **Odp. Zgodnie z siwz oświadczenia składa się po terminie składania ofert.**

Pyt. 20 Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Nie wymagamy.

Pyt. 21 Dot. pakietu nr 2, poz. 2

- a. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli testy do kontroli dezynfekcji termicznej o parametrach 90 stopni / 5 minut? **Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską ma być 93°/10 min.**
- b. Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? **Odp. Nie wymagamy.**
- c. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? **Odp. Tak**
- d. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883? **Odp. Tak**

Pyt. 22 Dot. pakietu nr 2, poz. 3

- a. Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach? **Odp. Tak**
- b. Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim? **Odp. Tak**

Pyt. 23 Dot. pakietu nr 2, poz. 4

- a. Czy ze względu na fakt, iż testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, dla których certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych ani przez żadne inne przepisy prawne Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy, dla których potwierdzenie zgodności z normami zostało wydane przez ich producenta? **Odp. Tak**

Pyt. 24 . Dot. pakietu nr 2, poz. 5

- a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, w których zmiana barwy po procesie sterylizacji następuje z różowego na niebieski? **Odp. Tak**

Pyt. 25 Dot. pakietu nr 2, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie pakietu na części, tzn. wydzielenie pozycji 7 do odrębnego zadania, gdyż produkty te stanowią odrębną grupę asortymentową. Zmiana zapisu SIWZ pozwoli nam złożyć korzystną ofertę, gdyż jako bezpośredni dystrybutor

Cyf

możemy zaoferować dużo bardziej atrakcyjne ceny na wskazane towary aniżeli sklep czy hurtownia medyczna. **Odp. Nie wyrażamy zgody**

Pyt. 26 Dot. pakietu nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim? **Odp. Tak**

Pyt. 27 Dot. pakietu nr 3, poz. 4

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm? **Odp. Nie wymagamy.**

Pyt. 28 Dot. pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta? **Odp. tak**

Pyt. 29 Dot. pakietu nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w rozmiarze 125 x 125, w miejsce 120 x 120 ? **Odp. Tak**

Z poważaniem

Sporządził:

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jolanta Cyganek

W. o. DYREKTORA
Głównego Powiatowego w Chorzowie

Baranowska