

Znak: SZP/16/ 03/2019

Chrzanów, dnia 20.03.2019

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowo

- Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów

Medycznych

i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji

i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień

Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Wykonawcy

Dotyczy: sprostowania do odpowiedzi z dnia 19.03.2019 do przetargu „Dostawa materiałów do centralnej Sterylizatorni” – sprawa nr 15/2019.

Niniejszym informujemy, że nastąpiło sprostowanie do odpowiedzi z dnia 19.03.2019 na pytanie 21, 22. Odpowiedzi właściwe poniżej

Pyt. 21 Dot. pakietu nr 2, poz. 2

a. Bez zmian

b. Bez zmian

c. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? **Odp. Nie wymagamy**

d. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883? **Odp. Nie wymagamy**

Pyt. 22 Dot. pakietu nr 2, poz. 3

a. Bez zmian

b. Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim? **Odp. Nie wymagamy**

Z poważaniem

Sporządził:

P.O. DYREKTORA
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Alicja Dobranowska

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS:0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Jolanta Cyganek