

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Znak: SZP/05/2019

Chrzanów, dnia 09.05.2019

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowy
- Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

☎ 32-624-07-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji
i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu „Dostawa implantów ortopedycznych” – sprawa nr 24/2019.

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie:
 - 1) Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca 180mm, średnica części bliższej gwoźdźca 16mm, średnica części dalszej gwoźdźca 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 6° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny Ø 4mm). **Odp. zgodnie z siwz**
 - 2) Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca 280mm-460mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoźdźca 16mm, średnica części dalszej gwoźdźca 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 6° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny Ø 4mm). **Odp. zgodnie z siwz**
 - 3) Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna Ø 11mm, dl. 70-120mm **Odp. zgodnie z siwz**
 - 4) Śruba blokująca tytanowa sterylna Ø 4,5mm, dl. 26-90mm za skokiem co 2 mm **Odp. zgodnie z siwz**
 - 5) Zaślepka tytanowa sterylna **Odp. zgodnie z siwz**
2. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu 3 poz. 1** – w oddzielny pakiet, i umożliwienie złożenia oferty wyłącznie na tę pozycję? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**
3. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu 4. **Odp. Tak zgodnie z odp. z dnia 7.05.2019**
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 3** wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu do wiązania odłamów o średnicy 1,2 mm zamiast 1,25 mm? **Odp. Tak zgodnie z odp. z dnia 7.05.2019**
5. Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo w SIWZ
Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia : do max 30 dni.
a powinno być
Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia : 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Odp. tak pomyłka pisarska powinno być 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – jak w odp. z dnia 7.05.2019


Z poważaniem

[Podpis]
/DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Sporządził:

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

[Podpis]
mgr Jolanta Cyganek



NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892