



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 132/04/2020

Chrzanów, 21.04.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawa aparatów do hemodializ- sprawa nr 25/2020.

Dotyczy punktu 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z kontrolowaną ultrafiltracją w sposób ciągły elektromagnetyczny?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez możliwości wykonania hemodializy octanowej na ogólnie dostępnych koncentratkach? Ta metoda hemodializy obecnie nie jest stosowana.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z regulacją przepływu dializatu w przedziale 300 – 700 ml/min?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu 9

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z płynną regulacją przepływu krwi w zakresie od 20 - 500 ml / min?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę aparatu z dezynfekcją termiczną w połączeniu ze środkiem chemicznym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu 18

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę aparatu z możliwością pojedynczego blokowania kół?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu 30

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę aparatu z detektorem krwi w dializacie wykorzystującym promieniowanie podczerwone

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła:

Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych i Zaspokajania
mgr inż. Anna Cyprianek

Z poważaniem

DIREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Barynowski

