



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP/84/06/2020

Chrzanów, 02.06.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na dostawę wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii – sprawa nr 30/2020.

1. Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie 10**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych prowadnic do zabiegów ERCP, z izolującym elektrycznie pokryciem dwukolorowym ułatwiającym ocenę ruchu i systemem znaczników głębokości, długość 480cm, z 5cm hydrofilną końcówką, widoczną w RTG, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035, końcówka prosta, w rozmiarze 0,035 również zagięta.

Odp.: Zgodnie z siwz.

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu przedkładanie próbek w **pakiecie 6 i 10** i dokonanie oceny jakościowej na podstawie załączonych do oferty ulotek.

Odp.: Zgodnie z siwz.

3. **dotyczy pakietu nr 14 pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści protezy do dróg żółciowych z zestawem wprowadzającym $\leq 8,5F$? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Dopuszczamy.

4. **Pakiet nr 2:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów ze zgłębnikiem wykonanym z silikonu, z jedną linią kontrastującą, z płytką zewnętrzną utrzymującą zgłębnik pod kątek prostym, wewnętrzną silikonową kopułką mocującą, rozmiar CH 16, CH 18 i CH 20, długość zgłębnika 60 cm.

Odp.: Zgodnie z siwz.

5. **Pakiet nr 3:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez z polietylenu.





Odp.: Zgodnie z siwz.

6. **Pakiet nr 4:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez z trzema znacznikami: na granicy pętli oraz pośrodku protez, o długości roboczej od 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm.

Odp.: Zgodnie z siwz.

7. **Pakiet nr 6:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów współpracujących z endoskopami o średnicy 8,5 – 11,5 mm.

Odp.: Zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- 8. Pakiet nr 13:** Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści zaoferowanie strzykawek autonomicznych, pozwalających na napełnianie i opróżnianie balonu bez dodatkowego wyposażenia, pojemność 30 ml.

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 9. Pakiet nr 14:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez o splocie krzyżowym, średnica po rozprężeniu 8 mm i 10 mm (do wyboru), zestaw wprowadzający maksimum 9 Fr.

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 10. Dot. projektu umowy par. 3 ust. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby część danych (np. **data ważności**) znajdowała się na załączonym do faktury dokumencie WZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- 11. Dot. projektu umowy par. 4 ust. 7:** Czy Zamawiający zrezygnuje z podawania terminu gwarancji na opakowaniu, ponieważ producent nie podaje tam takiej informacji?

Odp.: Tak.

- 12. Dot. projektu umowy par. 4 ust. 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu w dniach roboczych?

Odp.: Tak, dopuszczamy 3 dni robocze.

- 13. Dot. projektu umowy par. 6 ust. 2 a i b:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary minimalnej do 20 zł?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 14. Dot. projektu umowy par. 7 ust. 1 i 2:** Prosimy o zmianę zapisu, że w opisanym przypadku zmianie ulegnie cena brutto a nie cena netto.



Odp.: Zgodnie z siwz.

- 15. Dot. pakietu 12:** Czy ze względu na sprzedaż wyrobu w niepodzielnych opakowaniach producenta zawierających 5 szt., Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 10 szt. lub w górę do 15 szt.? Prosimy o podanie ilości.

Odp.: Proszę wycenić do pełnego opakowania handlowego w górę.

- 16. Dot. Pakietu nr 1:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie balonu o średnica cewnika 7,5 Fr. o zmiennej średnicy w rozmiarze 9-16 mm ? Pozostałe parametry zgodne SIWZ

Odp.: Zgodnie z siwz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- 17. Dot. Pakietu nr 6:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przetyku, 6-gumkowego z nicią nylonową nawleczoną na głowicę zrzucającą opaski wyposażoną w port z łącznikiem Luer-Lock - przedostatnia gumka czarna (odróżnia się kolorem od pozostałych) ? Potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, zestaw jest wyposażony w port do przepłukiwania.

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 18. Dot. Pakietu nr 7:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie owalnej pętli do polipektomii na zimno i ciepło o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

Odp.: Dopuszczamy.

- 19. Dot. Pakietu nr 7:** Czy Zamawiający wymaga by oferowane pętle do polipektomii posiadały funkcję rotacji ?

Odp.: Dopuszczamy.

- 20. Dot. Pakietu nr 8:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnych zbrojonych z atraumatycznym końcem cewnika igieł do ostrzykiwania o średnicach:

- 0,5 mm i długościach narzędzia: 1800 mm (dł. igły 4 mm i 6 mm), 2300 mm (dł. igły 4 mm i 6 mm)

oraz

- 0,7 mm i długościach narzędzia: 1600 mm (dł. igły 4 mm i 6 mm), 1800 mm (dł. igły 5 mm), 2300 mm (dł. igły 4 mm, 5 mm i 6 mm) do wyboru przy zamówieniu ? Pozostałe parametry zgodne SIWZ.



Odp.: Dopuszczamy.

- 21. Dot. Pakietu nr 9:** Czy Zamawiający wymaga by oferowana klipsownica miała możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem oraz dodatkowo posiadała funkcję płynnej rotacji w celu precyzyjnego ustawienia klipsa przed jego zamknięciem ?

Odp.: Dopuszczamy.

- 22. Dot. Pakietu nr 10:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej prowadnicy do zabiegów ERCP, z izolującym elektrycznie pokryciem dwukolorowym, ułatwiającym ocenę ruchu i systemem znaczników głębokości o długości 450 cm ? Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

Odp.: Zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- 23. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku dostaw niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar do 5 dni od momentu przyjęcia reklamacji – dotyczy to również zwrotu towaru. Jakikolwiek reklamacje zgłaszane będą w formie pisemnej na nr faxu lub drogą elektroniczną na adres:”?

Odp.: Dopuszczamy 3 dni robocze.

- 24. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku wystąpienia braków ilościowych lub uszkodzeń przesyłki Zamawiający sporządza niezwłocznie protokół, powiadamiając o tym Wykonawcę najpóźniej w ciągu 48 godzin”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 25. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w dostawie wynosi co najmniej 4 dni robocze, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 26. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 13:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w ciągu 3 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 27. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., jednak nie będzie ona mniejsza niż 60% wartości ogólnej umowy”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 28. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2a:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w wysokości 0,3% wartości danego zamówienia, lecz nie mniej niż 40 zł, za każdy dzień opóźnienia”?




Odp.: Zgodnie z siwz.

- 29. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2b:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w wysokości 0,3% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 40,00 zł, za każdy dzień opóźnienia”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 30. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2c:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w wysokości 5% niezrealizowanego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie”?

Odp.: Zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- 31. Dotyczy warunków umowy:** Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Dostawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 32. Dotyczy warunków umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 33. Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., będzie mniejsze niż 60% szacunkowej wartości umowy”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 34. Pakiet nr 5 pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką silikonową?

Odp.: Dopuszczamy.




- 35. Pakiet nr 7** Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa pętla do polipektomi na ciepło. Owalna wykonana z plecionego drutu o średniej sztywności. Długość 230mm, średnica otwartej pętli od 10-36mm. Pętla na zimno o średnicy 10 i 15mm.

Odp.: Dopuszczamy.

- 36. Pakiet nr 10** Czy Zamawiający dopuści jednorazowa przewodnica do zabiegów ERCP, z rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania, pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie, dwukolorowym, ułatwiającym ocenę ruchu, o sztywności standardowej lub zwiększonej (rdzeń sztywny) i średnicy 0,035 z atraumatyczną końcówką z wolframu pokrytą substancją hydrofilną o długości 5cm i 13cm, końcówka prosta, długość 450cm. Rozmiary do wyboru.

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 37. Pakiet nr 15** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne PROTEZY SAMOROZPREŻALNE do dróg żółciowych; do leczenia zwężeń nowotworowych z nitinolu, cała proteza widoczna w RTG, niepokrywane lub z pokryciem częściowym, średnica 8 mm i 10 mm oraz długości 40 mm, 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wersji niepokrywanej oraz 40 mm, 60 mm i 80 mm. Zestaw wprowadzający o średnicy max 10Fr i długości 180cm dostosowany do przewodnicy 0.035", umożliwiający ponowne złożenie protezy po uwolnieniu do



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

80% długości, wyposażony w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu po przekroczeniu, którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. Rozmiary do wyboru.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Sporządziła:

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
dr. med. hab. dr. h.c. J. Jankowski
mgr Alicja Jankowska
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

TARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Aneta Pawłowska

