



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 171/05/2020

Chrzanów, 26.05.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawa sprzętu medycznego, materiałów do badań i materiałów pomocniczych dla ZDL - przetarg nr 38/2020

Pyt. 1. Pakiet nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwipotencjalnym, dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips. Opakowanie zbiorcze – 50szt.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 2. Pakiet nr 18

Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy 6 mm i długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 3. Pakiet nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na szczotkę dwustronną o średnicy szczotek 5 / 10 mm oraz długości 250 cm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pyt. 4. Pakiet nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi rogami przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 5. Pakiet nr 1 poz. 12




Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 mm (szerokość rolki ok. 45 mm), z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 5 szt.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 6. Pakiet nr 1 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 mm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 120 sztuk.

Odp. Tak dopuszczamy.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt. 7. Pakiet nr 1 poz. 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu do EKG o pojemności 260ml.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 8. Pakiet nr 1 poz. 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu do EKG o pojemności 500ml, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 45 sztuk.

Odp. Zgodnie z Siwz.

Pyt. 9. Pakiet nr 1 poz. 18, 19

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 66 sztuk.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 10. Pakiet nr 1 poz. 20

Zwracamy się z prośbą podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odp. Z nadrukiem.

Pyt. 11. Pakiet nr 1 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 13 sztuk.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 12. Pakiet nr 1 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m , z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 45 szt. **Odp. Tak**

dopuszczamy

Prosimy także o podanie czy powyższy papier ma być gładki czy w kratkę? **Odp. Gładki**

Pyt. 13. Pakiet nr 14


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody 202mmx101mm, 118cm2 powierzchni aktywnej. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 14. Pakiet nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody 164mmx117mm, 107cm2 powierzchni aktywnej . Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z siwz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt. 15. Pakiet nr 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 6 mm z każdej strony.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 16. Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5 mm i 10 mm, długość 2500 mm.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 17. Pakiet 22, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestetyczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przezroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 6 - duży dorosły. Rozmiary dla dorosłych: 4 - (czerwona końcówka), 5 - (żółta końcówka), 6 - (zielona końcówka). Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu.

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 18. Pakiet 22, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie zestawu tlenowego „Venturi” do prowadzenia terapii z precyzyjnym nastawieniem stężenia podawanego tlenu, przeznaczony dla jednego pacjenta, dostępne

w rozmiarze S i M/L, składający się z:

- anatomicznie wyprofilowanej maski twarzowej; korpus maski, usztywniony, wykonany

z PP, wyposażony w 4 równomiernie rozłożone otwory, ułatwiające wydech, kołnierz maski wykonany z TPE, miękkiego, atraumatycznego materiału, uformowanego tak, aby zapewnić szczelne przyleganie, z uwzględnieniem trzech punktów podporowych twarzy,





- drenu z PCV o długości 2,1 m, z możliwością jego odłączenia, ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym,

- karbowanej rurki wykonanej z PP,

- gniazda zwężki wykonanego z PP

- 6 kolorowych zwęzek wykonanych z ABS, pozwalających na precyzyjne % ustawienie przepływu tlenu:

Kolor zwężki	Koncentracja O ₂ w %	Przepływ [L/min.]
niebieska	24	2



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

biała	28	4
Pomarańczowa	31	6
Żółta	35	8
Czerwona	40	10
zielona	60	15



Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 19. Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pyt. 20. Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści niesterylny zestaw bez kanki z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 21 Pakiet nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści asortyment niezarejestrowany jako wyrób medyczny na stawce VAT 23%?

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 22 Pakiet nr 9, pozycja 1, 2





Czy Zamawiający dopuści asortyment niezarejestrowany jako wyrób medyczny na stawce VAT 23%?

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 23 Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści asortyment niezarejestrowany jako wyrób medyczny na stawce VAT 23%?

Odp. Tak dopuszczamy.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt. 24 Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści linie do próbek gazów bez filtra, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak dopuszczamy.


Pyt. 25 Pakiet nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem z oznaczeniem rozmiaru masek w formie : 1(infant), 2(pediatric), 3(adult S), 4(adult M), 5(adult 5) na masce, z różnymi kolorami pierścieni w zależności od rozmiaru 2(żółty), 3(zielony), 4(czerwony), 5(niebieski), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 26 Pakiet nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z dyszą Venturiego z przezroczystego, nietoksycznego PCV, bez zawartości lateksu, z regulowaną blaszką na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym o długości 210cm zakończony uniwersalnymi łącznikami. W zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 28%, 30%). Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia




Odp. Zgodne z SIWZ.

Pyt. 27 Pakiet nr 18, pozycja 1

1. Czy zamawiający w pakiecie nr. 18, poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania szczotki dwustronnej o średnicy 5mm, długości 2400mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodne z SIWZ.



Cyf

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt. 28 Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy zamawiający w pakiecie nr. 19, poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania szczoteczki dwustronnej zaworowo-kanalowej o średnicach 5mm / 10mm, długości 2400mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 29 Pakiet 3, poz. 5-8

Czy zamawiający wydzielił poz. 5-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 30 Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy sterylny worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 31 Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren o długości ok. 106 cm, posiadający zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 32 Pakiet 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.



Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 33 Pakiet 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak dopuszczamy.


Pyt. 34 Pakietu nr 7



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl


Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w poz. nr 1 : wkłady workowe jednorazowego użytku, poj. 2000ml, lub 1000 ml z trwale dołączoną pokrywą. Zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z dużym otworem do pobierania próbek lub wsypywania proszku żelującego, posiadające w pokrywie jeden króciec - pacjenta.

Powyższe rozwiązanie pozwala na wymianę wkładu bez odłączania źródła próżni. Pozostałe warunki - zgodnie ze specyfikacją.

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 35. Pakiet Nr 1, poz. 1




Czy elektroda ma mieć specjalne mocowanie na kabel, np. elektroda na piance do wyboru żel stały lub ciekły



Odp. Nie wymagane.

Pyt. 36 Pakiet Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiającemu chodzi o elektrody okrągłe, pianka - żel stały 45 PSG





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE


32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl


✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 37 Pakiet nr 1. poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody noworodkowe z przewodem, takie jak na zdjęciu poniżej ?




Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 38 Pakiet nr 1. poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody noworodkowe z przewodem, takie jak na zdjęciu poniżej ?


Cyf



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE


32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl




Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 39 Pakiet nr 1. poz. 4



Czy Zamawiający pisząc w treści opisu Zamowienia "Elektroda Holtera dla dorosłych" ma na myśli poniżej zaprezentowany typ elektrody ?

Czy Zamawiający może określić czy elektrody mają być na piance z żelazem stałym czy ciekłym ?



Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 40 Pakiet nr 20:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 dopuści:

Poz. 1 – worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zgodny z opisem, docięcie płytki 10-76 mm. **Odp. Tak dopuszczamy.**

Poz. 1 – worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zgodny z opisem, docięcie płytki 10-55 mm. **Odp. Zgodnie z siwz.**

Pyt. 41 Pakiet nr 1. poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pyt. 42 dotyczy umowy


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ (na której są umieszczone: nazwa producenta, data ważności, seria, ilość nr katalogowy), faktura (na której są umieszczone wszystkie wymagane w SIWZ pozycje) dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. **Odp. Tak dopuszczamy.**

Jednocześnie prosimy o udostępnienie regulaminu parkingu, którego Państwo wymagają w umowie ponieważ zamieszczony link nie działa, także nie można uzyskać dostępu z Państwa szpitalnej strony internetowej.



Odp. <https://www.szpital-chrzanow.pl/sp/regulaminy-obowiazujace-na-terenie-szpitala-powiatowego-w-chrzanowie>

Pyt. 43 Pakiet nr 22, pozycja nr 1 – Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający pisząc „z otwartym mankietem” ma na myśli:

1). takie maski z dmuchanym mankietem



Odp. Zgodnie z siwz.



Gf

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16


Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl


✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

2). takie maski bez możliwości nadmuchiwania mankietu



Odp. Zgodnie z siwz

3). takie maski bez napompowanego mankietu



Odp. Zgodnie z siwz

Pyt. 44 Pakiet nr 22, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści maski z innymi kolorami oznaczającymi rozmiar ?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 45 Pakiet nr 22, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści maski oznaczone na korpusie w języku angielskim np. „adult” zamiast cyfry?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 46 Pakiet nr 22, pozycja nr 2




Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę tlenową Venturiego, przylegającą pod brodę z karbowaną rurką o dł. 15 cm, drenem o długości 2,1m, z 6 kodowanymi kolorystycznie dozownikami: różowy 50% - 12 LPM, czerwony 40% - 8 LPM, żółty 35% - 8 LPM, pomarańczowy 31% - 6 LPM, biały 28% - 4 LPM, niebieski 24% - 2 LPM?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 47 SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp. W przypadku gdy cena jednostkowa wyrażona jest w 3 lub 4 miejscach po przecinku, należy wycenić pełne opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę (należy podać wielkość opakowania w kolumnie „producent”).

Pyt. 48 Projekt umowy:

Dotyczy § 3 pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze od momentu zgłoszenia pomyłki”?

Odp. Tak.

Pyt. 49 Projekt umowy:

Dotyczy § 4 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 1 pkt 2 umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 50 Projekt umowy:

Dotyczy § 4 pkt 5

Czy Zamawiający doda do pkt 5 zapis: „jeżeli dotyczy”

Nie wszystkie pozycje pakietu zostały sklasyfikowane przez producenta jako produkty medyczne (jak np. szczotki lab, pisaki laboratoryjne), mają one stawkę vat 23%

Odp. Tak.


Pyt. 51 Projekt umowy:

Dotyczy § 4 pkt 8 i 13

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2,3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Dopuszczamy zmianę zapisu na następujący:

Dotyczy § 4 pkt 8 - [...] w ciągu 3 dni roboczych [...]

Dotyczy § 4 pkt 13 - [...] do 3 dni roboczych [...]

Pyt. 52 Projekt umowy:

Dotyczy § 6 pkt 2.a i 2.b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia/zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 53 Projekt umowy:

Dotyczy § 6 pkt 2.c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy/ pakietu?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 54 Pakiet nr 24

Pakiet nr 24 Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie zbiorcze 100 szt? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 24 Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie zbiorcze 200 szt? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Tak dopuszczamy.




Pakiet nr 24 Pozycja 41

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania probówek płaskodennych szklanych 5 ml ?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pakiet nr 24 Pozycja 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu na 20 probówek o średnicy 16 mm?





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Jeżeli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu na 40 probówek o śred. 20-25 mm lub 16-20 mm, 4 rzędowego?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 55 Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna, jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci o wymiarach 163,5 x 117 mm, o powierzchni czynnej 103 cm². Pakowane po 100szt w opakowaniu zbiorczym ?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pyt. 56 Pakiet 20 poz. 1


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka o średnicy 10- mm do 100 mm do docięcia.





Odp. Tak dopuszczamy.

Sporządziła:


mgr inż. Agnieszka Cyganeck
Zamówień i Zapytań
Zamówień i Zapytań

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Chorąnowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892