



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 348 / 08/2019

Chrzanów, dnia 23.08.2019

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 51/2019 - „Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych”.

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia, oraz potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32)? Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Odp.: Tak.

2. Pakiet 1 poz.23,24: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70 cm spełniającą wszystkie pozostałe parametry?

Odp.: Zgodnie z siwz.

3. Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Zgodnie z siwz.

4. Pakiet 1, poz. 20: Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.

5. Pakiet 1, poz. 23: Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.

6. Pakiet 1, poz. 25: Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?



Odp.: Tak.

7. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, pleciony, o okresie podtrzymywania tkanek po 8-11 dniach 50%, okres wchłaniania 42 dni?

Odp.: Tak.

8. Pakiet 3, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

9. Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, pleciony, o okresie podtrzymywania tkanek po 8-11 dniach 50%, okres wchłaniania zgodny z SIWZ?

Odp.: Tak.

10. Dot. zapisów SIWZ: Zamawiający wymaga załączenia próbek do pakietu nr 6 do poz. 5 natomiast w pakiecie nr 6 są tylko cztery pozycje, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o skorygowanie zapisu dotyczącego próbek do ww. pakietu.

Odp.: Omyłka – Zamawiający wymaga próbki w pakiecie nr 6 do poz. 3.

11. Pakiet 3, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści igłę podwójna, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

12. Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

Odp.: Tak.

13. Pakiet 5, pozycja 5 -- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

14. Pakiet 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm z nitką o długości 45cm?

Odp.: Tak.

15. Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących we wszystkich pozycjach pakietu?

Odp.: Tak.

16. Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odp.: Tak.

17. Pakiet 9, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 250cm?


Odp.: Tak.

18. Pakiet 9, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 180cm lub 250cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszczają długość 180 cm.

19. Czy w pakiecie 1 pozycja 26 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągło tnącej? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp.: Zgodnie z siwz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

20. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów o okresie podtrzymywania 50% po 7 dniach, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odp.: Tak.

UWAGA:

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 06.09.2019r. do godz. 10:00.



Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 06.09.2019r. o godz. 11:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sporządził:

DIREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Borkunowski

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Aneta Dawłowska
mgr Aneta Dawłowska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892