



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP.246/07/2020


Chrzanów, 10.07.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: sprostowanie do załącznika nr 4 SIWZ – pakietów, w przetargu nieograniczonym na Dostawę wyrobów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – przetarg nr 51/2020.

W zawiązku z licznymi pytaniami Wykonawców odnośnie SIWZ Zamawiający precyzuje następujące zapisy w pakietach:

- 1) **pakiet nr 4, poz. 16-** opis otrzymuje brzmienie: „Sterylny cewnik moczowodowy do URS wykonany z materiału Vortek (dwuwarstwowy) możliwość utrzymania w organizmie do 12 miesięcy, podwójnie zagięty, jeden koniec otwarty, zestaw zawiera: cewnik, prowadnica, klamerka. Rozmiar 4,8. Skalowany co 1 cm., widoczny pod RTG. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać: opis w języku polskim, etykieta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : numer seryjny, data ważności, rodzaj materiału z jakiego wykonany jest produkt. szt.”,
- 2) **pakiet nr 10, poz. 9-** w pozycji „Ilość” zmienia się liczbę sztuk na „200”,
- 3) **pakiet nr 24** – dodaje się opis o brzmieniu: „Jednorazowe, sterylne, strzykawki dwuczęściowe z końcówką Luer cechujące się: 1.jednakową szerokością tłoka na całej długości, 2. ogranicznikiem /pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem/wycofaniem tłoka ze strzykawki, 3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną skalą, 4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister.) Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .Dopuszczamy opakowania pośrednie mniejsze niż 100 sztuk z przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.”,
- 4) **pakiet nr 25** – dodaje się opis o brzmieniu:” Jednorazowe, sterylne, strzykawki trzyczęściowe z końcówką Luer-lock cechujące się : 1.Umożliwiające podłączenie do pomp Zamawiającego: KWAPISZ, Fresenius Kabi, BRAUN, Medima i ASCOR, 2.Umożliwiające podanie leku w całości z zastosowaniem wyżej wymienionych pomp, 3.Przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną, czytelną i trwałą skalą. 4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister), Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 %”,
- 5) **pakiet nr 32 poz. 1-** opis otrzymuje brzmienie:” Sterylny zestaw do założenia nefrostomii, wolny od ftalanów, cewnik pokryty substancją hydrożelową , zestaw



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

04



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

z widoczną końcówką pod USG, szlif, z igłą punkcyjną, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 - 14. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu szt.",

- 6) **pakiet nr 33 poz. 1-** opis otrzymuje brzmienie: "Sterylny zestaw do założenia nefrostomii, cewnik pokryty substancją hydrożelową, zestaw z widoczną końcówką pod USG, szlif z igłą punkcyjną, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 - 14 . Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać: numer serii, datę ważności, materiał z jakiego jest wykonany produkt. Produkt wolny od ftalanów, przeznaczony dla kobiet w ciąży. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. Szt."
- 7) **pakiet nr 34 poz. 1-** opis otrzymuje brzmienie: "Sterylny zestaw do WYMIANY nefrostomii. Zestaw zawiera: dren nefrostomijny (cewnik) (utrzymanie do 3 m-cy), drut prowadzący, pochewka stabilizująca dren nefrostomijny i łącznik. zestaw z widoczną końcówką pod USG. Rozmiar 10 - 14. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. Szt."

W załączeniu do niniejszego sprostowania załącznik nr 4 – pakiety po zmianie.

Z poważaniem

DIREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Bujonowski

Sporządził:

Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
tel. 32 624 70 34 ; 32 624 70 39
fax. 32 623 70 72



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

ls