



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 254/07/2020

Chrzanów, 20.07.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę wyrobów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 51/2020.

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z **pakietu 9 pozycji 3, 4 i 7** i utworzenie dla nich niezależnych zadań.

Odp.: Zgodnie z siwz.

2. **Do pakietu 18:** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1,3,4,5,6,7,8,12,13 oraz utworzenie odrębnego pakietu. W przypadku utworzenia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ;

W pozycji 1: Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni, posiadająca datę ważności na opakowaniu.

W pozycji 2: Końcówka donosowa wykonana jest z wysokogatunkowego miękkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindryczno-żłobkowe końcówki nosowe zapewniające szczelne połączenie noworodka nie powodując urazów nosa. Końcówka jest osadzona kuliście w korpusie końcówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Końcówka dopasowuje się do zarysu nosa. Rozmiar jest oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na końcówce. Dostępnych jest pięć rozmiarów końcówek oznaczonych kolorami. Do ustalenia prawidłowego rozmiaru końcówki służy miarka.

W pozycji 4: Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przeziernie okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem

W pozycji 5 : Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, końcówki zapinane na rzepy. Dostępnych jest sześć rozmiarów mocowania. Mocowanie generatora wykonane z bardzo elastycznego materiału, służące do stabilnego umocowania na głowie, wykonane ze specjalnego materiału przeciwoodpornego. Czyste biologiczne. W rozmiarach XS, S, SM, M, L, XL. Pakowane pojedynczo.

W pozycji 6: Wykonane z bawełny, wyposażone w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość zapięcia oznaczona jest kolorem w sposób trwały. Zapięcie można rozwiązać by uzyskać dostęp do ciemniaczka. Dostępne w 10 rozmiarach dla Zamawiającego


W pozycji 8: UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Etykieta układu zawierająca datę ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA GENERATOR - wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Generator zawierający cztery dysze zasilane mieszkanką powietrze-tlen o ciśnieniu około 60 cm H₂O, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przezroczystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczepek w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprząży), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bisfenolu,

- waży wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
- waży pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,
- waży łączący aparat z nawilżaczem o Ø wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm,
- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą.

W pozycji 12 Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Dwa kolory rur odróżniające wdech, wydech. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm. W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenu azotu. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA.

Odp.: Zgodnie z siwz.

3. **Do pakietu nr 7, poz. 3:** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Elektrodo do defibrylacji spełniających wszystkie parametry SIWZ, od europejskiego producenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. **do pakietu 23:** Czy zamawiający ma na myśli system zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji i numerze referencyjnym. W skład zestawu wchodzi lejek, konektor (wykluczone stałe połączenie lejka z konektorem – wykluczone lejkokonektory), do którego montuje się lejek w rozmiarze 24mm, oraz dren ze zintegrowaną membraną (wykluczone oddzielne pakowanie lub dostarczenie membrany). Zestaw wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A ani ftalanów.

Odp.: Tak.

5. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji **6 oraz 8 z pakietu 13** i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Nie, Zgodnie z siwz.

6. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 12 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zakrzywionymi o średnicy 11Fr, 13 Fr i długości 15? Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odp.: Zgodnie z siwz.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 12 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

Odp.: Zgodnie z siwz.

8. **Pakiet nr 32:** Prosimy o dopuszczenie Sterylnego zestawu do założenia nefrostomii pokrytego fosforylocholiną, o rozmiarze 8 i 10,5 Ch, z 2 etykietami do wklejenia do dokumentacji medycznej, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ) lub **Pakiet nr 32:** Sterylnego zestawu do założenia nefrostomii pokrytego powłoką hydrofilową, w zestawie z workiem na mocz, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. **Pakiet nr 33:** Prosimy o dopuszczenie Sterylnego zestawu do założenia nefrostomii pokrytego fosforylocholiną, o rozmiarze 8 i 10,5 Ch, z 2 etykietami do wklejenia do



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

dokumentacji medycznej, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ) lub **Pakiet nr 33:**

Sterylnego zestawu do założenia nefrostomii pokrytego powłoką hydrofilową, w zestawie z workiem na mocz, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. **Pakiet nr 34:** Prosimy o dopuszczenie Sterylnego zestawu do wymiany nefrostomii w jednym rozmiarze -12 Ch, z 2 etykietami do wklejenia do dokumentacji medycznej, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. **Pakiet 4: Poz. 1** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonami 3ml dla rozmiaru CH6, 3-5ml dla rozmiaru CH8 i CH10.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4: Poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonami 1,5ml dla rozmiaru CH6, 3ml dla CH8, 5ml dla CH10.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pakiet 4: Poz. 3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonami 5-10ml dla rozmiarów CH12-Ch14. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4: Poz. 4 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 10ml

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pakiet 4 Poz. 7 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów od CH6 do CH22

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pakiet 4: Poz. 14 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarach CH5 lub CH6 do wyboru zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pakiet 4: Poz. 22 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikami w rozmiarach CH11 i CH14 do wyboru zamawiającego. Zestaw nieposiadający etykiet do wklejenia w dokumentacji.

Odp.: Zgodnie z siwz.

12. **Pakiet 5 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego , niepirogennego aparat do podawania płynów infuzyjnych pompą perystaltyczną AP 31 P ASCOR, dł.230 x 22 cm, bez wstawki silikonowej w drenie, bez ftalanów.

Odp.: Zgodnie z siwz.

13. **Pakiet 14: Poz. 2** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14: Poz. 3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego z drenem o dł. 2,1m

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pakiet 14: Poz. 4 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14: Poz. 5 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego




Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14: Poz. 6 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produkty mikrobiologicznie czystego z maskami w rozmiarach dla dzieci i dorosłych do wyboru zamawiającego

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14: Poz. 8 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego


Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

14. **Pakiet 15: Poz.1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z nazwą własną i nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym rozmiary 14G przepływ min. 300 ml/min, 16 G przepływ min. 200 ml/min, 18 G przepływ min. 95 ml/min, 20 G przepływ 65 ml/min, 22 G przepływ min 35 ml/min, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ

Odp.: Zgodnie z siwz.

- Pakiet 15: Poz. 5** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, miękkiego i elastycznego przedłużacza do pomp infuzyjnych o długości 150 cm, bez ftalanów

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. **Pakiet 27 Poz. 1:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/ 60ml

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. **Pakiet 32 Poz. 1:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii z cewnikiem w rozmiarach 8 i 9 do wyboru zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z siwz.

17. **Pakiet 46: Poz. 1:**

1/Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2/Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalało na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania tak jak w obecnie stosowanych

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający wydzieli **pozycję 10 z pakietu 29** (zestaw do tracheostomii)? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Zgodnie z siwz.

19. **pakiet 31, pozycja 1 i 2:** Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichloru winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

20. **pakiet 31, pozycja 1 i 2:** Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosować jedynie materiały zużywalne zaaprobowane przez ulrich medical®. Podróbki lub materiały innych producentów są mniej odporne i nie są sprawdzone do stosowania ze strzykawkami ulrich®. System wężyków ulrich® został zaprojektowany i sprawdzony jako całość (patrz MPG). Producent daje gwarancję tylko na strzykawkę, do których stosowane są materiały zużywalne ulrich®. Używanie kombinacji lub systemów wężyków niezatwierdzonych przez producenta naraża na niebezpieczeństwo



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

pacjenta i użytkownika oraz stwarza zagrożenie dla właściwego funkcjonowania urządzenia." (Instrukcja obsługi: Rozdział 4.3. Materiały eksploatacyjne).

Odp.: Zgodnie z siwz.

21. **pakiet 31, pozycja 1:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pacjenta posiadał dwa zawory zwrotne i aby było to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi).

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

22. **pakiet 31, pozycja 1:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

23. **pakiet 31, pozycja 1 i 2:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem Missouri, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

24. **pakiet 31, pozycja 2:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.


25. **pakiet 31, pozycja 2:** Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający wymaga, aby pojemność wężyka pompy wynosiła dokładnie 17,3ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

26. **SIWZ, X pkt. 2.:** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna zapis art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp za spełniony, gdy wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odp.: Zgodnie z siwz.

27. **SIWZ, XIV pkt. 1:** Zamawiający wymaga, aby podać ilość pełnych opakowań wżwyz i cenę 1 opakowania handlowego. Prosimy o informację gdzie umieścić wymienione wyżej



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

informacje. Czy Wykonawca może dokonać zmiany w formularzu cenowym i dodać dwie kolumny („Ilość opakowań” i „Cena 1 opakowania netto”)?

Odp.: Wykonawca może dodać kolumny w kosztorysie szczegółowym i tam wpisać te dane.

28. **Wzór umowy, §3 ust. 4:** „Nie dostarczenie faktury wraz z towarem może spowodować zwrot towaru na koszt Wykonawcy.” Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu z umowy. Nie ma żadnych podstaw, żeby z powodu braku faktury nie przyjąć towaru zgodnego z zamówieniem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w takiej sytuacji dokument wz.

29. **Wzór umowy, §8 ust. 2:** „2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o podjęcie określonych działań – w określonym w wezwaniu terminie – mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.” Prosimy o zmianę powyższego zapisu na: „2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia określonych działań – w określonym w wezwaniu terminie – mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.” Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego Wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Zgodnie z siwz.

30. **Dotyczy pakiet nr 24, poz. 1-4:** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniach a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Spowoduje to złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. **Dotyczy pakiet nr 13 poz. 1-4, 6:** Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniach a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Spowoduje to złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

32. **Pakiet 24, poz. 1-4:** Czy w ramach oszczędności, Zamawiający dopuszcza także strzykawki z rozszerzoną skalą o min. 20 % w stosunku do poj. nominalnej (2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml), co pozwala nabrać większą poj. leku tańszą strzykawką, np. nabierając 12 ml można użyć wówczas strzykawki 10 ml z rozszerzeniem zamiast już strzykawki 20 ml, która jest znacznie droższa.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

33. **Pakiet 24, poz. 1-4:** Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

34. **Pakiet 24, poz. 1-3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

35. **Pakiet 24, poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 szt?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

36. **Pakiet 25, poz. 1-2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki perfuzyjnej 50 ml do pomp białej / bursztyn bez rozszerzenia do 60 ml?

Odp.: Zgodnie z siwz.

37. **Pakiet 25, poz. 1-2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki perfuzyjnej 50 ml do pomp białej / bursztyn bez kołnierza stabilizującego na złączu luer-lock?

Odp.: Zgodnie z siwz.

38. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 4 :** Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe ze sterylnymi filtrami pakowanymi osobno?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 5 :** Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe mikrobiologicznie czyste?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

40. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

- sterylny pakowany pojedynczo,
- atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,
- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,
- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta,
- aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni
- obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,
- długość 36.5 cm - dla rurek tracheostomijnych i 60 cm dla rurek intubacyjnych,
- zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,
- dedykowany port do irygacji i płukania,
- łącznik prosty z końcem schodkowym.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

41. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 9-12:** Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych przez większą ilość oferentów, niż ma to miejsce w obecnej konstrukcji SIWZ. Obecna, wyjątkowo szczegółowa konstrukcja pakietu, uniemożliwia złożenie większej ilości ofert, co powoduje konieczność zawarcia umowy na niekorzystnych finansowo warunkach na niekoniecznie najwyższej jakości asortyment.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

42. **Dotyczy Pakietu nr 14 :** Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste w opakowaniu folia-folia?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

43. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

44. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 2.1m?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

45. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 2.1m?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

46. **Pakiet 34:** Czy Zamawiający w pakiecie 34 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Sterylny zestaw do wymiany nefrostomii 8 i 10Ch z elementami zestawu

- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

47. Pakiet 10 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego dla dzieci z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o objętości oddechowej 75-300ml, skuteczności filtracji względem bakterii 99,999%, wirusów 99,99%, wydajności nawilżania 31 mg/l przy VT- 250 ml, utracie wilgoci max 6 mg H₂O/litr przy Vt 75 ml, przestrzeni martwej w zakresie 29 ml, wadze 21g, z portem kapno, sterylne. Taki filtr jest dostarczany do Państwa szpitala na podstawie obowiązującej umowy. (opakowanie zbiorcze zawiera 25szt)

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

48. Pakiet 10 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylnych w osobnych opakowaniach zbiorczych tj. obwód oddechowy – op. zbiorcze 10szt, filtr elektrostatyczny op. zbiorcze 25szt, filtr mechaniczny op. zbiorcze 25szt.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

49. Pakiet 10 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o objętości oddechowej 150-1200ml, skuteczności filtracji względem bakterii 99,9999%, wirusów 99,999%, o przestrzeni martwej 36 ml, wadze 19g, z portem kapno, sterylne. (opakowanie zbiorcze zawiera 25szt)

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

50. Pakiet 10 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika 580 – rozm. 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 365 mm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylne, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z martwą przestrzenią, obrotowe wieczko zastawki kontroli siły ssania działające jako mechanizm zamykający – przekręcana o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed przypadkowym aktywowaniem siły ssania wraz z kodowaniem kolorami ISO oraz zatyczką na uwięzi zamykającą przyłączyć drenu ssącego. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny; oznaczenie rozmiaru na cewniku a także zawór jednokierunkowy portu płukania wraz z przymocowaną do niego zatyczką. Zestaw posiada obrotowy port pacjenta zapewniający odizolowanie jego dróg oddechowych, kiedy odsysanie nie jest potrzebne, a także bezpieczne przepłukiwanie systemu Utrzymuje system zamknięty także podczas bronchoskopii i pobierania próbek. Zestaw umożliwia łatwy demontaż poprzez pierścień rozłączający system do odsysania z łącznikiem rurki. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii. Okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów - DEHP. (opakowanie zbiorcze zawiera 10szt)

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Pakiet 10 poz. 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złącza do odsysania i bronchoskopii – podwójnie obrotowego z gumową zatyczką, sterylne, 15M-22M/15F. (opakowanie zbiorcze zawiera 10szt)

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

52. **Pakiet 10 poz. 8:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozciągliwego łącznika polipropylenowego z podwójnie obrotowym złączem kątowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 7/16cm, złącze 22F-22M/15F, sterylne. (opakowanie zbiorcze zawiera 25szt)

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

53. **Pakiet 10 poz. 11:** Prosimy Zamawiającego o wyłączeniu poz. 8 i utworzenie osobnego pakietu. Umożliwi to nam wówczas złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zgodnie z siwz.

54. **Pakiet 10 poz. 11:** Prosimy Zamawiającego o informację do jakiego modelu respiratora Philips Respironics ma być przeznaczony obwód oddechowy?

Odp.: Model respiratora to TRILOGY 100.

55. **Pakiet nr 9:** Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnego zestawu wielokomorowego do drenażu aktywnego i grawitacyjnego o następujących parametrach:

- dokładna płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie 0-45 cmH₂O za pomocą pokrętki
- komora kolekcyjna o pojemności 2250 ml z dokładną skalą pomiarową,
- mechaniczna niskooporowa zastawka wahadłowa jednokierunkowa,
- wskaźnik i skala przecieku dopłucnowego,
- samouszczelniający się port do pobierania próbek,
- dodatkowa specjalna pompka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca,
- dren łączący do pacjenta z łącznikami do cewnika,
- uchwyt do powieszenia i przenoszenia, możliwość postawienia zestawu,
- zestaw sterylny, pakowany podwójnie.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

56. **Pakiet 11 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów z nazwą producenta na innym elemencie przyrządu a dokładnie na zaciskaczu zamiast na komorze kroplowej, co również zapewni pełną identyfikację tego przyrządu? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

57. **do pakietu 45 lp.1,2,3:** Z uwagi na to, iż cechy produktu (opisane przez zamawiającego SIWZ) tj. kolor oznaczenia rozmiaru, kolor drenu nie mają żadnego wpływu na poprawność działania produktu prosimy o dopuszczenie zestawów resuscytacyjnych wg poniższej charakterystyki:

Lp.1 Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1500 ml, maska twarzowa nr 4, maska twarzowa nr 5, rezerwuuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy o długości min. 2m. Dla pacjentów >30 kg. Objętość gazów dostarczana: do 675ml. Całość zapakowana w pudełko producenta z datą ważności, nr serii,


Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

Lp.2 Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, objętość 450 ml, maski twarzowa nr 2 maska twarzowa nr 3, rezerwuuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy o długości min. 2m. Dla pacjentów 5-30 kg. Objętość gazów dostarczana: do 250ml. Całość zapakowana w pudełko producenta z datą ważności, nr serii,

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.3 Resuscytator jednorazowego użytku dla noworodków, objętość 280 ml, maska twarzowa 1, maska twarzowa nr 2, rezerwuuar tlenowy, objętość: 600 ml, dren tlenowy o długości min. 2m. Dla pacjentów <5 kg. Objętość gazów dostarczana: do 125ml. Całość zapakowana w pudełko producenta z datą ważności, nr serii?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

58. **do Zad 39 lp.1,2,3:** Zwracamy się o dopuszczenie jako produktu równoważnego produktu wg poniżej charakterystyki:

Lp.1 Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji (typu Bougie) bez latexu, bez ftalanów, z giętką, wzmocniona na całej długości, wygiętą na końcu w celu prostej aplikacji. Skalowana co 1 cm. Długość całkowita 60 lub 70 cm. Pakowane w sztywnym futerale?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

Lp.2 Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji (typu Bougie) bez latexu, bez ftalanów, z giętką, wzmocniona na całej długości, wygiętą na końcu w celu prostej aplikacji. Skalowana co 1 cm. Długość całkowita 70 lub 80 cm. Pakowane w sztywnym futerale?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

Lp.3 Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt rozmiaru 1,6 mm. Bez latexu, bez ftalanów, elastyczna z miękką końcówką. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości. Długość całkowita 60 cm. Zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0. Pakowana w sztywnym futerale?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

59. **Pakiet nr 10, pozycje nr 4, 9, 10, 11** – Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 10 pozycje nr 4, 9, 10 i 11 celem ułatwienia złożenia ofert wykonawcom na posiadany przez siebie asortyment?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

60. **Pakiet nr 10, pozycja nr 1** – Czy zamawiający ma na myśli filtr np. z kolankiem (łącznikiem) zagiętym np. o 90 stopni, czy dopuści również standardowym filtr ze złączem prostym? Jeżeli żadne z powyższych to jakiego kolanka oczekuje zamawiający?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

61. **Pakiet nr 10, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne, pakowane papier-folia?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

62. **Pakiet nr 10, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z łącznikiem zagiętym pod kątem 90 stopni, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne, pakowane papier-folia?



Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

63. **Pakiet nr 10, pozycja nr 5** – Czy zamawiający dopuści sterylne układy oddechowe wykonane z EVA z 2 rurami rozciągliwymi wewnątrz i zewnątrz karbowanymi o dł. 160 cm, w zestawie z dodatkowym, rozciągliwym ramieniem o dł. 80 cm. Końcówki 22F również wykonane z EVA, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

64. **Pakiet nr 10, pozycja nr 6** – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- możliwość rozłączenia wyłącznie elementu łączącego zestaw z rurką intubacyjną/tracheostomijną celem dodania innych potrzebnych elementów np. adapteru do wykonania bronchoskopii
- rozmiary dla rurek intubacyjnych – dł. 60mm, 10, 12, 14, 16 Fr
- rozmiary dla rurek tracheostomijnych – dł. 30mm, 10, 12, 14, 16 Fr?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

- 65. Pakiet nr 10, pozycja nr 12** – Zwracamy się z prośbą o podanie (najlepiej porównując obecnie używane) średnicy wewnętrznej filtry do spirometru PNEUMO NEB 2000 celem prawidłowego dopasowania produktu.

Odp.: Obecnie u Zamawiającego używane są elektrostatyczne filtry REF 500P30022 firmy Covidien.

- 66. Pakiet nr 14, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści długość 2m, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.


- 67. Pakiet nr 38, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z numerem serii naniesionym na górnej części łyżki, ze stopką wykonaną z tego samego tworzywa sztucznego co mocowanie światłowodu, gdyż są to łyżki do jednorazowego użytku, więc zużycie stopki w taki przypadku jest praktycznie znikome w porównaniu do łyżek wielorazowych, gdzie metalowe stopki są już wskazane, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

- 68. Pakiet nr 38, pozycja nr 1 i 2** – Czy zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania łyżek w środowisku MRI”?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

- 69. Pakiet nr 38, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z numerem serii naniesionym na górnej części łyżki, ze stopką wykonaną z tego samego tworzywa sztucznego co mocowanie światłowodu, gdyż są to łyżki do jednorazowego użytku, więc zużycie stopki w taki przypadku jest praktycznie znikome w porównaniu do łyżek wielorazowych, gdzie metalowe stopki są już wskazane, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

70. Pakiet nr 38, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu typu Macintosh tylko w rozmiarach: 1, 2, 3 i 4 oraz typu Miller tylko w rozmiarach: 00, 0, 1, 2, 3 i 4, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

71. Pakiet nr 38, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu z widocznym zielonym ringiem u góry rękojeści (umożliwiającym identyfikację z „zieloną specyfikacją” zamiast zielonego czopu, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

72. Pakiet nr 39, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny prowadnicę do trudnych intubacji „standardową bez systemu sterowania” skalowaną od 10-65 cm co 1 cm w rozmiarach do wyboru przez zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Długość	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej
6Fr	2,0mm	53,5cm	2,5-3,5
10Fr	3,3mm	70cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	60 cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	80 cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	100 cm	4,0-5,5
14Fr	4,7mm	70cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	70 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	60 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	80 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	100 cm	6,0 – 10,0


Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

73. Pakiet nr 39, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny prowadnicę do trudnych intubacji, skalowaną od 10-65 cm co 1 cm, z miękką/giętką końcówką pokrytą tym samym materiałem co cała prowadnica (umożliwiającym płynne wprowadzenie) w rozmiarach do wyboru przez zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Długość	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej
6Fr	2,0mm	53,5cm	2,5-3,5
10Fr	3,3mm	70cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	60 cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	80 cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	100 cm	4,0-5,5
14Fr	4,7mm	70cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	70 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	60 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	80 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	100 cm	6,0 – 10,0

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

74. Pakiet nr 39, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny prowadnicę do trudnych intubacji, skalowaną od 10-65 cm co 1 cm, z miękką/giętką końcówką pokrytą tym



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

samym materiałem co cała prowadnica (umożliwiającym płynne wprowadzenie) w rozmiarach do wyboru przez zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Długość	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej
6Fr	2,0mm	53,5cm	2,5-3,5
10Fr	3,3mm	70cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	60 cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	80 cm	4,0-5,5
10 Fr	3,3 mm	100 cm	4,0-5,5
14Fr	4,7mm	70cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	70 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	60 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	80 cm	6,0 – 10,0
15Fr	5,0 mm	100 cm	6,0 – 10,0

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

75. Pakiet nr 45, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj. 1650ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 2000 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 5
- Zaworem ciśnieniowym 60cmH₂O
- Zalecana waga pacjenta >40kg
- Wszystkie elementy zestawu w jednym opakowaniu typu „skrzyneczka” z datą ważności i nr serii?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

76. Pakiet nr 45, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 2
- Zaworem ciśnieniowym 40 cm H₂O
- Zalecana waga pacjenta 10kg~30kg
- Wszystkie elementy zestawu w jednym opakowaniu typu „skrzyneczka” z datą ważności i nr serii?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

77. Pakiet nr 45, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci/niemowląt wyrównujący siłę uciśnić poj. 280 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 1
- Zaworem ciśnieniowym 40cmH₂O
- Zalecana waga pacjenta ≤10kg
- Wszystkie elementy zestawu w jednym opakowaniu typu „skrzyneczka” z datą ważności i nr serii?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

78. Pakiet nr 46, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty zestaw do toalety jamy ustnej, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

79. Pakiet nr 45, pozycja nr 1, 2 i 3 – Czy zezwoli na zaoferowane rozwiązania równoważne, jeśli wykonawca dołączy do zestawu wymagane maski?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

80. Czy z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 1,2,3 oczekuje zaoferowania aparatu wyposażonego w odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą minimum 99,99964% poświadczone badaniem dołączonym do oferty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

81. Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 3 będzie wymagał przyrządu posiadającego podwójną komorę kropłową czyli dwuczęściową ze sztywną górną częścią (zgodnie z normą ISO) oraz elastyczną dolną częścią?

Odp.: Tak.

82. Czy przyrządy w pakiecie 11 pozycje 1,2,3 powinny posiadać filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wypływowi płynu z drenu w momencie jego wypełniania ?




Odp.: Tak.

83. Pakiet 29 pozycja 10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania zestawu do tracheostomii przezskórnej metodą Frova, zestaw PercuTwist z rurką tracheostomijną z obrotowym łącznikiem 15mm, zmniejszającym siły skrętne od układu oddechowego, z przewodnikiem rurki z otworem na prowadnicę Seldingera, prowadnica Seldingera, strzykawka, skalpel, element dylatacyjny w postaci śruby, który pozwala na uniesienie przedniej ściany tchawicy w trakcie procedury, kaniula z igłą punkcyjną, opaska szyjna, rozmiary 7.0, 8.0 i 9.0, sterylne.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

84. Pakiet 1, poz.7: Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

85. **Pakiet 1, poz. 7,9:** Czy zamawiający wydzieli poz.7,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

86. **Pakiet 27, poz.1:** Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm+/- 2, ze stożkową końcówką usytuowaną centralnie z osłonką, dwie końcówki luer do opcjonalnego użycia, czytelną , dwustronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

87. **Pakiet 27, poz. 2:** Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali:

- Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml ?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

88. **Pakiet 36, poz.1:** Czy zamawiający dopuści szczoteczkę typu prostego – całkowita długość 190 mm, szczoteczka dł ok 20 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

89. **Pakiet 36, poz. 1,4,5:** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

90. **Pakiet 36, poz. 4:** Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.: Tak.

91. **Pakiet 36, poz. 5:** Czy zamawiający dopuści wachlarzyk o wymiarze – 20 cm dł. Całkowita , od nasady do czubka rdzenia.30 mm, szerokość części wachlarzowej ok.20 mm, patyczek (część chwytana) ok. 16,8 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

92. **Pakiet 36, poz.9:** Czy zamawiający dopuści osłonkę niesterylną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

93. **Pakiet 36, poz.9:** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

94. **Pakiet 15, poz. 3:** Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

95. **Pakiet 15, poz. 3:** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

96. **Pakiet 14,poz. 3,4-5:** Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

97. **Pakiet 6, poz. 8-9:** Czy zamawiający wydzielił poz. 8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

98. **pakiet 11, poz. 1,4-5:** Czy zamawiający wydzielił poz. 1,4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

99. **Pakiet 11, poz. 1:** Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

100. **Pakiet 11, poz. 1,4-5:** Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.: Tak.

101. **Pakiet 11, poz. 1,4-5:** Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

102. **Pakiet 1, pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia o długości 50cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

103. **Pakiet 2, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania w rozmiarze CH21?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

104. **Pakiet 2, pozycja 4:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką w rozmiarze CH25?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

105. **Pakiet 3, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną, samoprzylepną rozmiar całkowity 30 x 28 cm, powierzchnia lepna 30 x 22 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

106. **Pakiet 3, pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną, samoprzylepną rozmiar całkowity 55 x 55 cm, powierzchnia lepna 55 x 51 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

107. **Pakiet 3, pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewody z taśmą klejącą na obu końcach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

108. **Pakiet 4, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w rozmiarze CH6 z balonem 3ml oraz CH8-10 z balonem w rozmiarze 3-5ml?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

109. Pakiet 4, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a 100% silikon w rozmiarze CH6 z balonem 3ml oraz CH8-10 z balonem w rozmiarze 3-5ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

110. Pakiet 4, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w rozmiarze CH12-24 z balonem 5-10?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

111. Pakiet 4, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w rozmiarze CH24 z balonem 30ml?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

112. Pakiet 4, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna wykonane z PCV bez silikonowego pokrycia?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

113. Pakiet 4, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z silikonu z ramionami w rozmiarze 450x180mm?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

114. Pakiet 4, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera z 3 otworami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

115. Pakiet 4, pozycja 10,13-20, 22-24: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

116. Pakiet 4, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

117. Pakiet 5, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania z nieprzezroczystą końcówką Vacutip w rozmiarze CH 6 i 8 o długości 40cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

118. Pakiet 5, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania z nieprzezroczystą końcówką jak na poniższym zdjęciu w rozmiarze CH 6 i 8 o długości 60cm?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE


32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

119. Pakiet 5, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem na konektorze i numerycznym na opakowaniu jednostkowym? Nie ma uzasadnienia medycznego dla stosowania opisanego w SIWZ oznaczenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza od 12 do 18 Ch.

120. Pakiet 5, pozycja 6: Czy Zamawiający odstąpi od zapisu aby cewniki do odsysania posiadały wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych? Oznaczenie takie ma zastosowanie medyczne jedynie przy cewnikach z końcówką Tiemana lub Couvelaire gdzie ważne jest prawidłowe wprowadzenie cewnika.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

121. Pakiet 14, pozycja 2: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

122. Pakiet 14, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm w rozmiarze dla dzieci i noworodków?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz .

123. Pakiet 14, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 500cm

Odp.: Nie, zgodnie z siwz .

124. Pakiet 14, pozycja 1, 2: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz .

125. Pakiet 14, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych o średnicy wewnętrznej 1,24mm?





Odp.: Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

126. Pakiet 24, pozycja 1-3: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

127. Pakiet 24, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

128. Pakiet 36, pozycja 3, 6: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

129. Pakiet 37, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

130. Pakiet 37, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego z serwetą epiduralną przylepna 75 x 90 cm, otwór przylepny 10 x 15 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

131. Pakiet 37, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego z 6 szt. tupfer z gazy 20 x 20 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

132. Pakiet 37, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego z kleszczykami plastikowymi prostymi 18 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

133. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach? Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp.: Zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki dystrybucyjnej - takie warunki muszą być zachowane każdorazowo.

134. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne** chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?




„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp.: Zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki dystrybucyjnej - takie warunki muszą być zachowane każdorazowo.

135. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp.: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki dystrybucyjnej.

136. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Dopuszczamy.

137. **dotyczy pakietu nr 13 pozycji nr 4:** Czy Zamawiający miał na myśli igły o rozmiarach: 0,5x40; 06x40; 07x40; 08x40; 09x40; 1,1x40; 1,2x40?

Odp.: Tak.

138. **dotyczy pakietu nr 14 pozycji nr 7:** Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 7,6m?

Odp.: Tak.

139. **dotyczy pakietu nr 24 pozycji nr 1-4:** Czy Zamawiający wymaga strzykawkę z podwójnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka?

Odp.: Dopuszczamy.

140. **dotyczy pakietu nr 24 pozycji nr 1-4:** Czy Zamawiający wymaga strzykawek bez zawartości ftalanów – informacja na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Dopuszczamy.

141. **dotyczy pakietu nr 24 pozycji nr 1-4:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tłokiem o jednakowej szerokości do wysokości cylindra?

Odp.: Zgodnie z siwz.

142. **dotyczy pakietu nr 25 pozycji nr 1-2:** Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czterostronnym podcięciem tłoka oraz bez kołnierza stabilizującego na złączu Luer-lock?

Odp.: Zgodnie z siwz.

143. **Pakiet 10 poz. 4:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych obwodów oddechowych z PVC o gładkim świetle o długości 150cm z łącznikiem Y 22M/15F, ramię dodatkowe 100cm, worek oddechowy 2l, możliwość stosowania obwodów przez 72h u jednego pacjenta (opakowanie zbiorcze 10szt).

Odp.: Dopuszczamy.

144. **Pakiet nr 39, pozycja nr 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy Bougie do trudnych intubacji z zagiętą końcówką dedykowaną do rurek w rozmiarach 2,5-3,5 długość 50cm; 4-5,5 długość 60cm; 6-11 długość 70cm.

Odp.: Dopuszczamy.

145. **Pakiet nr 39, pozycja nr 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy Bougie do trudnych intubacji z zagiętą końcówką dedykowaną do rurek w rozmiarach 2,5-3,5 długość 50cm.

Odp.: Dopuszczamy.

146. **Pakiet 44 Pozycja 3:** W związku z tym, że Adapter do dróg oddechowych do kapnografu EMMA dla dorosłych i dzieci nie jest produktem sterylnym tylko biologicznie czystym, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adapterów biologicznie czystych.

Odp.: Dopuszczamy.

147. **Pakiet 5 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, z oznaczeniem numerycznym jedynie na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Zgodnie z siwz.

148. **Pakiet 10 poz. 9:** Czy Zamawiający dopuści również laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w 3 rozmiarach: 10 mm x 90 mm x 145 mm- 250ml, długość ramienia 33 cm, worek z przewodnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, podwójne, wzmocnione dno, worek pakowany po 5 szt.?

Odp.: Dopuszczamy.

149. **Pakiet nr 22:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości 120 cm, pozostałe warunki jak w SIWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Dopuszczamy.

150. **Pakiet nr 46:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej mikrobiologicznie czystego, zawierającego saszetkę z chlorcheksydyną o pojemności 12 ml, i żel do czyszczenia jamy ustnej o masie 2 g.

Odp.: Dopuszczamy, reszta asortymentu w zestawie zgodnie z siwz.





Z poważaniem

DIREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski

Sporządziła:

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Aneta Pawłowska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892