



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP/09/2019

Chrzanów, 16.09.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę sprzętu na oddział pulmonologii – sprawa nr 052 /2018

Pytanie 1 Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„..., zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 2 Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania faxem protokołu reklamacyjnego przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć pełnowartościowy towar w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 3 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,3% wartości brutto danego zamówienia, lecz nie mniej niż 7 zł, za każdy dzień opóźnienia”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 4 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,3% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 7 zł, za każdy dzień opóźnienia”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 5 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 7% wartości brutto niezrealizowanych dostaw lub 7% wartości brutto niezrealizowanych dostaw ustalonych w umowie dla pakietu w zakresie którego umowa jest rozwiązana”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 6 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, lecz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy co realizacji należytego wykonania umowy”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 7 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., którego zawarto niniejszą umowę; przez wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 2 pkt c, rozumie się wartość brutto części niezrealizowanej dostawy, której dotyczy”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 8 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„..., zużycia z okres ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku budżetowym), jednak nie będzie ona mniejsza, ani większa niż 20% wartości ogólnej umowy”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 9 Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w odniesieniu do danego pakietu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w tym w szczególności z powodu:

a) trzykrotnej, nieterminowej dostawy oraz nie zrealizowania zamówienia na dany produkt co najmniej dwukrotnie,





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- b) trzykrotnej dostawy niezgodnej z zamówieniem,
c) trzykrotnego niedostarczenia faktury?"

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 10 Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 11 Dot. pakietu nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności zgodzi się za zaoferowanie igły do biopsji transbronchialnej o długości 120 cm i długości igły 15 mm dla średnicy 21 G, oraz 12 mm dla średnicy 19 G ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. zgodnie z siwz**

Pytanie 12 Pakiet 2 szczoteczki cytologiczne

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki do cytologii długość robocza 120 cm, średnica części roboczej 1,8 mm, włosie o szerokości 3 mm, długość 7 mm? **Odp. zgodnie z siwz**

Pytanie 13 Pakiet 3 Igła Czy Zamawiający dopuści igłę do EBUS w komplecie ze strzykawką, średnica igły 19G, 22G, długość igły 15 mm, długość robocza 130 cm, średnica 1,8 mm? **Odp. zgodnie z siwz**

Pytanie 14 Pakiet 5 Szczęki aligatora Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne, jednorazowe, długość robocza 100-120 cm, średnica 1,8 mm, do kanału roboczego min. 2,0 mm, łyżeczki owalne z okienkiem oraz ząbkami? **Odp. Dopuszczamy.**

Pytanie 15 Pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec z łyżeczkami gładkimi ? **Odp. zgodnie z siwz.**

Pytanie 16 Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów:

Jednorazowa igła do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA) przeznaczona do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczno-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu. Echogeniczna igła ze specjalnymi wgłębieniami wspomagającymi widoczność pozwala na lepsze upewnienie się, że igła znajduje się w tkance docelowej. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pokrętko zabezpieczające i blokujące. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn ścięty na ostro i dopasowany do kąta igły wykonany z nitinolu. Rozmiary igły 22 i 25 Gauge. Rozmiar koszulki 4.1 Fr. Nastawne przedłużenie igły 0-5 cm. Minimalny kanał roboczy 2mm. Igła posiada numeryczną identyfikację rozmiaru na rękojeści. Pakowane pojedynczo, opakowanie zawiera igłę oraz strzykawkę 10 ml z dwiema blokadami tłoczka oraz łącznik działający jako łącznik Luer-Lock, do którego można podłączyć igłę.

- Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 3 do oddzielnego pakietu. **Odp. Nie wyrażamy zgody.**





- Prosimy o odstąpienie w pakiecie 1 w pozycji 3 od wymogu posiadania certyfikatu zgodności zaoferowanej igły z posiadanym przez Zamawiającego endoskopem typu Olympus i wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o zgodności. **Odp. Zgodnie z siwz**

Pytanie 17 Czy w pakiecie numer 5 w poz.1 doszło do omyłki pisarskiej i maksymalna średnica części wprowadzającej do endoskopu powinna wynosić 1,8-1,9 mm? **Odp. Tak, pomyłka pisarska. Zamawiający koryguje zapis na: „maksymalna średnica części wprowadzającej do endoskopu powinna wynosić 1,8-1,9 mm”**

Z poważaniem

DIREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr inż. Jolanta Cyganek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892