



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP ⁴⁷⁰ / 10/2019

Chrzanów, dnia 28.10.2019

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do sprawy nr 78/2019 - „Dostawa środków dezynfekcyjnych - powtórka”.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, w nawiązaniu do prośby Wykonawcy, odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1. Wzór umowy par. 7 ust. 1 tret czwarty. Prosimy o zmianę zapisu na zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.




Pytanie 2. Wzór umowy par. 8 ust. 2 lit c). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto z niezrealizowanej części umowy".

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3. Pakiet 2 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG między innymi: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B – EN13727, F(c. albicans)-EN13624 V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) – EN 14348 w dłuższym czasie. Opakowanie twarde typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm, Wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Pakiet 6 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny lekko alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności do maszynowego mycia endoskopów



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

giętkich oraz oprzyrządowania Endoskopowego. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców np.: Pentax, w myjniach dezynfektorach wiodących producentów np.: Belimed. Skład: 5-15% anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Standardowe mycie w stężeniu 0,5% (5 ml/l) w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% (3-10 ml/l). Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiet 6 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych. Skład: 20g aldehydu glutarowego. pozostałe składniki: inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Spektrum działania: B, F, Tbc (m. terrae, m. avium), V(adeno, polio, Vaccinia, BVDV), S(B. subtilis) - 5 minut. Skuteczność mikrobiologiczna preparatu: 1% (10ml/l) w temperaturze od 55 do 60°C oraz w czasie oddziaływania 5 minut. Termiczne przygotowywania endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego np. fiberoskopów w myjniach - dezynfektorach firm np.: BHT, Olympus, Kleindienst optwierdzone przez producenta środka. Wyrób medyczny, opakowanie 5L.





Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Anna Gędoś

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892