



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP <sup>453</sup>...../10/2019

Chrzanów, <sup>14</sup>.....10.2019 r.

## Wykonawcy



**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego – sprawa nr 066 /2018**

1. Monitory medyczne przeznaczone do badań radiologicznych zgodne z DICOM (dla stanowiska opisowego) zakładają konieczność użycia dwóch monitorów pracujących w układzie pionowym, stanowiących parę i posiadających świadectwo parowania wydane przez producenta. W związku z powyższymi zaleceniami zwracamy się z pytaniem: czy wymagania co do monitora określonego w specyfikacji mają spełniać wymogi tylko dla monitorów pod tomografię? Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie dwóch monitorów w układzie „para” do obrazowania radiologicznego? **Odp. Szczegółowe wymagania dotyczące monitorów przeglądowych rtg i tk zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. Wymagania dotyczące opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej rozdział II punkt 1.2**
2. Czy zamawiający dopuszcza CE jako równoważne z wymienionymi LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE)? **Odp. Zamawiający wymaga aby komputery spełniały wymagania dyrektyw: dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) lub równoważnych.**

Dotyczy umów na komputery i licencje

3. Wzór umowy komputery - § 5a ust. 3. W związku z tym, i Wykonawca nie jest producentem dostarczanego sprzętu i dedykowanego dla niego oprogramowania prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający zgadza się na usunięcie § 5a ust. 3 Umowy z uwagi na to, tego typu oczekiwania oraz odpowiedzialność regresowa powinna być kierowana do producenta sprzętu/oprogramowania dedykowanego dla sprzętu, a roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy zabezpieczone są postanowieniami z zakresu uregulowanej w Umowie rękojmi i gwarancji jakości. **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**
4. Wzór umowy - § 3 ust. 2 w zw. z § 9 Umowy § 3 ust. 2 Umowy stanowi, że jej przedmiot jest wykonany w dacie podpisania przez obie strony protokołu odbioru z adnotacją bez usterek. Natomiast § 9 Umowy przewiduje naliczanie kar umownych w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy. Wykonawca nie ma wpływu na to w jakiej dacie Zamawiający podpisze protokół odbioru. Tym samym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy ww. postanowienia należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych w sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje odbiór przedmiotu zamówienia i przedstawi do podpisu protokół odbioru przedmiotu zamówienia w terminie wykonania Umowy (przy założeniu, że następnie Zamawiający - w dowolnej, a wybranej przez siebie dacie - oceni dostarczony przedmiot zamówienia, jako niemający usterek)? **Odp. Tak**
5. Wzór umowy - § 9 i § 10 Umowy Czy pod pojęciem "opóźnienia" użytym przez Zamawiającego w § 9 i § 10 Umowy, Zamawiający rozumie przypadki w opóźnieniu dostawy przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? **Odp. Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie.**

Zamównik  
Kierownik Działu  
i Zaspokroczenia  
my. ....  
Kujanek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

6. Pakiet nr 1 - Komputer, wymagane dyrektywy "Oferowany komputer musi spełniać wymagania dyrektyw: dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE). Wykonawca dostarczy wraz z dostawą deklaracje zgodności zaoferowanych i dostarczonych komputerów z w/w dyrektywami".

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera posiadającego Deklarację~ CE potwierdzającą zgodność z dyrektywami:

2014/53/EU,

2009/125/EC,

2011/65/EU.

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że wiodący producenci komputerów wytwarzają i dostarczają na rynek polski komputery zgodne z wymienionymi powyżej dyrektywami.

**Odp. komputer musi spełniać wymagania dyrektyw: dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) lub równoważnych.**

Z poważaniem

  
DIREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
mgr Artur Baniowski

KIEROWNIK  
Działu Informatyki  
i Bezpieczeństwa Informacji  
mgr inż. Przemysław Płoszczyca  
Kierownik Działu  
Zamówień i Zakupów  
mgr inż. ... ..



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892