



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl





Znak: SZP ⁴⁸⁰...../11/2019

Chrzanów, ⁰⁵....11.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem – sprawa nr 080 /2018

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nową generację ssaka Accuvac model PRO o temperaturze pracy od -5° C spełniający pozostałe wymogi OPZ? **Odp. tak dopuszczamy**
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu bez regulacji odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy i pasażera? **Odp. tak dopuszczamy**
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu ze skrzynią biegów automatyczną? **Odp. Nie**
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu bez kurtyn powietrznych nadokiennych? **Odp. tak dopuszczamy**
5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu sanitarnego zabudowanego (tj, wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojeździe bazowym z 2018 r. Pojazd fabrycznie nowy, niezarejestrowany, z pełną gwarancją producenta. **Odp. tak dopuszczamy**
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu z 24 miesięczną gwarancją na powłoki lakiernicze? **Odp. nie**
7. W związku z informacją, którą przekazuje do Zamawiających Ministerstwo o zgodzie na przedłużenie wydatkowania funduszy prosimy o wyrażenie zgody na realizację dostawy do końca 1 kwartału 2020 roku. **Odp. nie wyrażamy zgody**
8. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy. **Odp. tak dopuszczamy**
9. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający. **Odp. tak.**
10. Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego. **Odp. ok. 35-40 tys. km.**





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28





Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

11. Dotyczy OPZ pkt. VII. ppkt. 7 – Czy w związku z faktem iż ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1789 w zakresie ambulansu typu C Zamawiający wymaga by oferowane ambulanse wyposażone w niezależne od pracy i układu silnika ogrzewanie powietrzne o mocy min. 5,0 kW, które umożliwiają osiąganie wymaganych temperatur w wymaganym przez ww. normę czasie, zamiast opisanego obecnie niezależne ogrzewania wodnego? Opisane przez Zamawiającego ogrzewanie wodne nie jest w stanie zapewnić spełnienie aktualnych wymagań normy PN-EN 1789 w zakresie ogrzewania przedziału medycznego. **Odp. tak wymaga ogrzewania powietrznego niezależnego**
12. Dotyczy OPZ pkt. VIII. ppkt. 1 – Czy zamawiający dopuści montaż głośnika w pasie przednim, za tzw. grillem, a nie w komorze silnika? **Odp. tak dopuszczamy**
13. Dotyczy OPZ pkt. VIII. ppkt. 2 – Prosimy o dopuszczenie standardowych sygnałów pneumatycznych z 2 trąbami, zamiast 4. **Odp. tak dopuszczamy**
14. Dotyczy OPZ pkt. X. ppkt. 1 – Ze względu na możliwość zgubienia, złamania kluczyka prosimy o dopuszczenie szafki z zamkiem szyfrowym. **Odp. tak dopuszczamy**
15. Dotyczy OPZ pkt. X. ppkt. 7 – Prosimy o rezygnację z instalacji centralnej próżni. W ambulansie będzie przewożony ssak. **Odp. tak rezygnujemy z instalacji.**
16. Dotyczy OPZ pkt. XIV. ppkt. 4 – Czy Wykonawca ma zapewnić jedynie miejsce mocowania defibrylatora, czy ma dostarczyć również uchwyt do niego? **Odp. tylko miejsce.**
17. Dotyczy OPZ pkt. XIV. ppkt. 4 – Jeśli uchwyt do defibrylatora jest elementem postępowania prosimy o podanie marki i modelu użytkowanego przez Zamawiającego sprzętu. **Odp. nie dotyczy**
18. Dotyczy OPZ pkt. XIII. ppkt. 6 – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg komunikacji pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym będzie spełniony poprzez zaoferowanie drzwi przesuwanych. **Odp. tak**
19. Obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta noszy reanimacyjnych, tj. firmę Stryker model M1 których jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma „Stryker Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:

Cy



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl





✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego
- art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję
- art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy głównych z transporterem renomowanego światowego producenta firmy Ferno model Mondial o poniższych parametrach spełniających PN-EN 1789+A2:2015 oraz normę PN-EN 1865-1:2007. Zaznaczamy, iż są to nosze o równoważnych parametrach lub przewyższających parametry niż wymaga Zamawiający.

Nosze główne:

- Potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
- Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90°
- Udźwig noszy 230 kg
- Wysuwane rączki do przenoszenia
- Pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy
- Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
- Cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
- Rama noszy wykonana z profili o przekroju okrągłym
- Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi
- Składane prostopadłe oparcia boczne
- Dodatkowe teleskopowo chowane rączki boczne pomocne w trakcie przenoszenia pacjentów bariatrycznych
- Anatomiczna poduszka do intubacji
- Nosze zabezpieczone poprzez wykonanie z anodowego aluminium pokrytego lakierem, odpornego na uszkodzenia związane z otarciem oraz uderzeniem, odpornego na środki dezynfekujące, o wadze 23 kg



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl





- Podparcie głowy regulowane w 3 pozycjach: na wznak, z od-gięciem do tyłu i przygięciem do przodu

Transporter do noszy głównych:

- System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami
- Możliwość zapięcia noszy przodem lub tyłem w kierunku jazdy
- Podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera
- Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
- Wielostopniowa regulacja wysokości w 7 poziomach
- Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce
- Możliwość zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost
- Możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera
- Szerokości kółek 42mm
- System niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę
- Udźwig transportera 270 kg
- Waga całego zestawu nie przekraczająca 51 kg zgodnie z obowiązującymi normami EN 1865-1, EN 1789+A2, AS/NZS 4535
- Zabezpieczenie poprzez wykonanie z anodowego aluminium pokrytego lakierem, odpornego na uszkodzenia związane z otarciem oraz uderzeniem, odporne na środki dezynfekujące
- Wykonanie ramy transportera z profili o przekroju okrągłym
- Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia
- System mocowania transportera do lawety ambulansu

Odp. Dopuszczamy.

20. Czy Zamawiający dopuści system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera niezgodnego z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem zgodności



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC? **Odp. nie dopuszczamy.**

21. Obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje na jednego producenta systemu do unieruchomienia dziecka na noszach KIDDY których jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma „Medline”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:





- art. nr 7 ust. 1 oraz nr 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego
- art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję
- art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie na zasadzie równoważności uprząży pediatrycznej Pedi-Mate na nosze Ferno renomowanego światowego producenta firmy Ferno o poniższych parametrach? Zaznaczamy, iż jest to uprząż pediatryczna o równoważnych parametrach lub nawet przewyższających parametrach niż wymaga Zamawiający.

- Uprząż Pedi-Mate™ jest przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 do 18 kg podczas transportu w karetce na noszach Ferno.
- Pasy pięciopunktowej uprząży Pedi-Mate są przymocowane do winylowej płachty. Taka konstrukcja umożliwia łatwe zwinięcie i przechowanie.
- Płachta będąca elementem składowym uprząży Pedi-Mate jest wykonana z lekkiego i łatwego w czyszczeniu winylu.
- Mocowana do ramy noszy Ferno w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami.
- 5-cio punktowa uprząż składa się z pasów zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz w kroczu. Wszystkie pasy posiadają możliwość regulacji długości oraz wyposażone są w klamry.
- Pokrowiec na uprząż
- Możliwości mocowania uprząży do fotela

Odp. Dopuszczamy

Cyf



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

22. Czy Zamawiający dopuści nasze płachtowe o wymiarach 200x107 cm udźwigu 363 kg w kolorze pomarańczowym? **Odp. Tak, dopuszczamy pod warunkiem że będą wykonane z materiału typu plandeks lub równoważny, zmywalne.**

23. Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o objętości oddechowej 1500ml oraz objętości rezerwuaru 2500ml? **Odp. tak**

24. Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o objętości oddechowej 550ml oraz objętości rezerwuaru 2500ml? **Odp. tak**

25. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw na oparzenia firmy BURNSHIELD?

Skład zestawu:


- opatrunek 25 mm x 0,5 m (3 szt.)
- opatrunek 50 mm x 1 m (2 szt.)
- opatrunek 10 x 10 (8 szt.)
- opatrunek 20 x 20 (3 szt.)
- opatrunek 60 x 40 (2 szt.)
- hydrożel w butelce 125 ml (3 szt.)
- bandaż 75 mm (2 szt.)
- bandaż piankowy 60 mm (2 szt.)
- plaster 24 mm x 5 m (1 szt.)
- nożyczki ratownicze (1 szt.)
- rękawiczki jednorazowe (2 pary)
- strzykawka 20 ml (1 szt.)
- folia izotermiczna (1 szt.)

Odp. tak

26. Czy zamawiający dopuści w zamian za Pojemnik reimplantacyjny inne rozwiązanie takie jak: przenośny zestaw do transportu amputowanych kończyn. Składa się z czterech pakietów przeznaczonych na palec, dłoń, ramię i nogę. W każdym pakiecie znajdują się worki na kończynę, pakiety z suchym lodem, folie izotermiczne, bandaże, stazy, opaski oraz kleszczyki. **Odp. Nie**

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak firmy Boscarol o poniższych parametrach:

- zakres regulacji podciśnienia: od 3 do 80 kPa
- maksymalny przepływ: 22 l/min $\pm$ 10% (bez obciążenia)
- poziom hałasu: 65 dB (maks.)
- temperatura pracy: od 0 do 50 °C
- ciśnienie atmosferyczne: od 70 do 106 kPa
- wilgotność powietrza: od 20 do 80%
- zasilanie: 12 – 15 VDC
- maksymalne obciążenie: 70 W (prąd maksymalny: 6 A)





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- czas pracy przy maks. obciążeniu: do 45 minut
- wymiary: 320 x 100 x 255 mm
- waga: 3,5 kg (z pełnym wyposażeniem)
- pompa o dużej sprawności i dużym przepływie
- płynna regulacja siły ssania
- niski poziom hałasu
- prosty w obsłudze
- wbudowany manometr podciśnienia
- słoć wielorazowego użytku o pojemności 1 l
- filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem pompy
- zawór zabezpieczający przed przepełnieniem słoja
- wbudowany uchwyt do przenoszenia
- wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy – bez efektu pamięci gwarancja 12 m-c
- 3-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- możliwość zasilania i ładowania z instalacji 12 VDC i 230 VAC




Odp. Tak. Wymagany jest także zestaw do mocowania ściennego

Zamawiający przesługuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.11.2019 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00). Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Babinowski

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Beata Jolanta Cyganek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892