

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowy – Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Znak: SZP⁴³⁵/ 10/2018

Chrzanów, dnia⁰²10.2018

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu „Dostawa sterylnej sprzętu jednorazowego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 85/2018.

1. **Pakiet 5** Czy Zamawiający dopuści łyżkę metalową, światłowodową z metalową końcówką z zamontowanym w niej światłowodem, spełniającą wszystkie pozostałe parametry SIWZ?

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

2. **Pakiet 19** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania kompletnego zestawu do przezskórnej tracheostomii z rurką tracheotomijną z obrotowym łącznikiem 15mm z jednostopniowym dilatorem w kształcie śruby.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

3. **Pakiet 27** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do respiratora z gładkimi rurami wewnątrz, karbowanymi zewnątrz o długości 180cm spełniającymi wszystkie pozostałe parametry SIWZ?





Odp.: Dopuszczamy.

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dostarczania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z magazynu natomiast faktury z biura, obydwa te miejsca znajdują się za granicą RP w dwóch różnych krajach, co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura w formie papierowej dostarczana jest w ciągu 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przesyłania faktury w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego. Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu wysłania zamówionego towaru. Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby spełnione były łącznie trzy warunki:

- do każdej dostawy załączony dokument wz,

- faktura przesłana w tym samym dniu co dostawa mailowo na adres: apтека@spch.home.pl,



- faktura wysłana pocztą tradycyjną.

5. Czy Zamawiający w pakiecie 19 oczekuje, aby zestaw do przezskórnej tracheotomii w całości był zapakowany na podwójnej tacy, w tym jedna taca zabezpieczona serwetą, co umożliwi zachowanie techniki aseptyczności podczas zabiegu?

Odp.: Tak, oczekujemy.

6. dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 19: Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 19 Zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia Blue Rhino do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzi:

- Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca (z wzmocnionym uchwytem, którego odcinek dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w soli fizjologicznej) oraz wstępnie założonym mankietem prowadzącym.
- Prowadnica z 2 znacznikami śr. 1,32 mm.
- Prowadniki ładujące umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej 3 szt. (21Fr dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8, 27Fr dla rurki 9)
- 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, 15 G
- Krótkie rozszerzadło 14,0 Fr; 6,5 cm
- Skalpel, strzykawka jednorazowa, czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, gaziki, etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu
- Rurka tracheostomijna cienkościenna o stożkowym zakończeniu z mankietem (do wyboru 7,8,9). Dodatkowo wymienne kaniule wewnętrzne lub zestaw bez rurki (3 prowadniki ładujące umożliwiają założenie rurki 7,8 lub 9).

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

7. dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 12: Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 12: Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego:

- 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez
- Strzykawkę
- Skalpel
- Prowadnice
- Zakrzywiony rozszerzacz
- Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 4mm dł. 4,2cm lub 6mm dł. 7,5cm
- Taśmę tracheostomijną

Jednocześnie informujemy, że zapewniamy szkolenie na manekinie z powyższych zestawów.

Odp.: Tak, dopuszczamy.

Sporządził:

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień publicznych
mgr Aneta Pawłowska

Z poważaniem

mgr inż. Bogdan Padek
ds. Logistyki i Infrastruktury

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892