



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 528 /12/2019

Chrzanów, dnia 2019-12-11

Wykonawcy

Dotyczy: oferty na dostawę taśm i siatek dla Oddziału Ginekologii – sprawa nr 99/2019

Pyt 1 Czy zamawiający w pakiecie nr 6 dopuszcza zaoferowanie taśmy polipropylenowej, monofilamentowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o średnicy włókna 0,15 mm, długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubość 0,5 mm, gramatura 70g/m², porowatość 86%, wytrzymałość 55N/cm, grubość nici 0,15mm. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętli na całej długości taśmy. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma nie wymagająca dwuczęściowej plastikowej osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku. Wyprodukowano w UE.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt. 2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również siatkę do zabiegów sakrokolposuspensji / sakrokolpopleksji:

- Częściowo wchłaniana siatka w kształcie Y, o wymiarach: długość 27 cm, szerokość 5 cm
- Przeznaczona do zabiegów laparotomii lub laparoskopii

Właściwości siatki:

Materiał: monofilament – polipropylen przepleciony poliglekaponem,

Porowatość 68,3 % przed wchłonięciem poliglekaponu

Porowatość 72,3 % po wchłonięciu poliglekaponu

Grubość 0,42 mm.

Gramatura 57 g/m² przed wchłonięciem poliglekaponu

Gramatura 28 g/m² po wchłonięciu poliglekaponu

Czas wchłaniania poliglekaponu 84 dni

W kolorze białym z pojedynczymi, niebieskimi włóknami.

Odp. Zgodnie z siwz.




Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego, o bardzo podobnych parametrach: szerokość 1,1 cm, grubość 0,34 mm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm. Brzegi taśmy zakończone pętelkami. Do zakładania taśm narzędzia wielokrotnego użytku, do wyboru od metody. Przy pierwszym zamówieniu 2 igły bezpłatnie. *Odp. Zgodnie z siwz.*

Ofertę cenową należy złożyć na Dzienniku Podawczym Szpitala powiatowego w Chrzanowie lub przesłać e-mailem: dzp@szpital-chrzanow.pl do dnia 16.12.2019 do godziny 10:00

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Beranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892